



POWIAT  
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum  
Matki i Noworodka  
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

**25-371 Kielce ul. Prosta 30**

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

[szpitalprosta.pl](http://szpitalprosta.pl) e-mail: [szpital@szpgin.kielce.pl](mailto:szpital@szpgin.kielce.pl)

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

---

Kielce 08.05.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę  
rękawiczek diagnostycznych oraz pozostałego asortymentu medycznego  
Sprawa SAG ZP-06/2018**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pakiet 1 poz. 2**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni gładkiej matowej o poziomie protein max. 80,3 µg/g, pozostałe warunki bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**



POWIAT  
KIELECKI



# Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

## Szpital Specjalistyczny w Kielcach

**25-371 Kielce ul. Prosta 30**

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

[szpitalprosta.pl](http://szpitalprosta.pl) e-mail: [szpital@szppgin.kielce.pl](mailto:szpital@szppgin.kielce.pl)

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 09.05.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę  
rękawiczek diagnostycznych oraz pozostałego asortymentu medycznego  
Sprawa SAG ZP-06/2018**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Zadanie nr 1, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie rękawic: rękawiczki nitrylowe, diagnostyczne, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet równomiernie rolowany, bez zawartości protein lateksu i ftalanów, teksturowane końcówki palców, długość rękawicy min. 240mm, AQL 1,5 (informacja o poziomie AQL fabrycznie naniesiona na opakowaniu), zgodne z normą EN 455 (1-4), przebadane i odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą ASTM F 1671, posiadające badania na przenikalność substancji chemicznych przeprowadzone wg normy EN 374-3 dla co najmniej 3 substancji, podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w Kat. III, kolor niebieski, posiadające deklarację zgodności CE i wpis do rejestru wyrobów medycznych, oznaczone na opakowaniu jednostkowym: znak CE, AQL, data produkcji, ważności i numerem serii, EN 374, EN 455, oznaczenie, że rękawice należą do Kat. III środków ochrony indywidualne oraz są wyrobem medycznym, nazwa producenta/adres wytwórcy, wszystkie opisy w języku polskim, opakowanie papierowe z podziałem kolorystycznym dla łatwiejszego rozpoznania rozmiaru, op. a'100 szt., rozm. S, M, L.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie nr 1, poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie rękawic: rękawice lateksowe, diagnostyczne, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet równomiernie rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana (potwierdzona kartą techniczną wytwórcy), grubość na palcu min. 0,11mm, poziom protein lateksu  $\leq 30\mu\text{g/g}$ , AQL 1,5 (informacja o poziomie AQL fabrycznie naniesiona na opakowaniu). Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą ASTM F 1671, wolne od akceleratorów chemicznych, oznaczone na opakowaniu jednostkowym znak; CE, AQL, data produkcji, ważności i numer serii, oznaczenie, że rękawice należą do kat. I środków ochrony indywidualnej oraz są wyrobem medycznym, nazwa producenta/adres wytwórcy, wszystkie opisy w języku polskim, opakowanie papierowe z podziałem kolorystycznym dla łatwiejszego rozpoznania rozmiaru, op. a'100 szt., rozm. S, M, L.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie nr 1, poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie rękawic: rękawiczki winylowe, diagnostyczne, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor transparentny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna gładka, bez zawartości ftalanów, długość rękawicy min. 240mm, AQL 1,5 (informacja o poziomie AQL fabrycznie naniesiona na opakowaniu), zgodne z normą EN 455 (1-4), podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w Kat. I, posiadające deklarację zgodności CE i wpis do rejestru wyrobów medycznych, oznaczone na opakowaniu jednostkowym: znak CE, AQL, data produkcji, ważności i numerem serii, oznaczenie, że rękawice należą do Kat. I środków ochrony indywidualne oraz są wyrobem medycznym, nazwa producenta/adres wytwórcy, wszystkie opisy w języku polskim, opakowanie papierowe z podziałem kolorystycznym dla łatwiejszego rozpoznania rozmiaru, op. a'100 szt., rozm. S, M, L.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**



POWIAT  
KIELECKI



# Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

## Szpital Specjalistyczny w Kielcach

**25-371 Kielce ul. Prosta 30**

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

[szpitalprosta.pl](http://szpitalprosta.pl) e-mail: [szpital@szpgin.kielce.pl](mailto:szpital@szpgin.kielce.pl)

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 09.05.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę  
rękawiczek diagnostycznych oraz pozostałego asortymentu medycznego  
Sprawa SAG ZP-06/2018**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Zadanie 4**

Z uwagi na fakt, że opis przedmiotu zamówienia w tym zadaniu specyfikuje wyłącznie system do odsysania jednego, konkretnego wytwórcy (Serres), prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązań równoważnych (zgodnie z Art. 29 ust. 3), pod warunkiem nieodpłatnego doposażenia w kompatybilne pojemniki wielorazowe.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści system charakteryzujący się cechami:

- kanistry (pojemniki wielokrotnego użytku o poj.1000ml i 2000ml) bez przyłączy typu próżnia (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych), kanistry można sterylizować w temp.121°; kształt okrągły, stosowane na aparatach anestetycznych lub inkubatorze
- zaczep w kanistrach jest kompatybilny z zawieszkami zamontowanymi w placówce Zamawiającego;
- wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów;
- wkłady o poj. 1l lub 2l, kompatybilne z oferowanymi kanistrami
- króciec pacjenta jest uniwersalny, kątowny, gładki, zwężający się, kompatybilny z drenami o różnej średnicy;
- wkłady wyposażone w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zanieczyszczeniem;
- wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania;
- każdy wkład i kanister wyprodukowany w opatentowanej technologii antybakteryjnej z użyciem jonów srebra, które zapewniają trwałą ochronę bakteriologiczną przed szeregiem powszechnie występujących organizmów chorobotwórczych, takich jak MRSA, E. Coli, Salmonella, Listeria, Pseudomonas czy Campylobacter, minimalizując ryzyko zakażeń krzyżowych, (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi). Oferowany system jest zgodny z wytycznymi **Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym**, zaleca się stosowanie materiałów o właściwościach antybakteryjnych (Obwieszczenie z dnia 28.10.2015r.).

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**



POWIAT  
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum  
Matki i Noworodka  
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

**25-371 Kielce ul. Prosta 30**

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

[szpitalprosta.pl](http://szpitalprosta.pl) e-mail: [szpital@szppgin.kielce.pl](mailto:szpital@szppgin.kielce.pl)

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 10.05.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę  
rękawiczek diagnostycznych oraz pozostałego asortymentu medycznego  
Sprawa SAG ZP-06/2018**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Zadanie 6, poz. 1-2**

Prosimy o wydzielenie poz.1-2 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 6, poz. 1-2**

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 6, poz. 1-2**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**



POWIAT  
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum  
Matki i Noworodka  
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

**25-371 Kielce ul. Prosta 30**

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

[szpitalprosta.pl](http://szpitalprosta.pl) e-mail: [szpital@szpgin.kielce.pl](mailto:szpital@szpgin.kielce.pl)

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

---

Kielce 10.05.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę  
rękawiczek diagnostycznych oraz pozostałego asortymentu medycznego  
Sprawa SAG ZP-06/2018**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Zadanie nr 2 poz. 1-2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie błon mammograficznych obustronnie pokrytych emulsją.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie nr 2 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie startera o pojemności 0,5 l z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**





POWIAT  
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum  
Matki i Noworodka  
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

[szpitalprosta.pl](http://szpitalprosta.pl) e-mail: [szpital@szppgin.kielce.pl](mailto:szpital@szppgin.kielce.pl)

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 10.05.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę  
rękawiczek diagnostycznych oraz pozostałego asortymentu medycznego  
Sprawa SAG ZP-06/2018**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Zadanie 6, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści włókninowy czepek chirurgiczny pakowany w worek foliowy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 6, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również**

**Zadanie 6, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowany z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z torbą na płyn o wymiarach 35 x 50 wyposażona w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>

1x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m<sup>2</sup>

1x wzmocniona osłona (serweta) na stoli Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem zwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej – 63 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 6, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny sterylny pakowany z dwoma ściereczkami do wytarcia rąk o wymiarach 30 x 30 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**



POWIAT  
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum  
Matki i Noworodka  
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

**25-371 Kielce ul. Prosta 30**

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

[szpitalprosta.pl](http://szpitalprosta.pl) e-mail: [szpital@szpgin.kielce.pl](mailto:szpital@szpgin.kielce.pl)

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

---

Kielce 10.05.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę  
rękawiczek diagnostycznych oraz pozostałego asortymentu medycznego  
Sprawa SAG ZP-06/2018**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pakiet 1**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przedstawienia badań na przenikalność wirusów wg normy ASTM F 1671 nie starszych niż 2016r. Takie badania przeprowadza się jednokrotnie dla danej marki rękawic i są one aktualne w całym okresie rejestracji wyrobu medycznego. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o dopuszczenie:

- w pakiecie 1 poz 1- Badania wg ASTM F 1671 z 2013r
- w pakiecie 1 poz 2- Badania wg ASTM F 1671 z 2012r

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza również**