



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum
Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 25.10.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Sprawa SAG ZP-13/2018**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Projekt umowy

W odniesieniu do zapisów SIWZ sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni w kalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, **co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.**

Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Projekt umowy – par. 2 ust. 4

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par. 2 ust. 4. Proponowany zapis stanowi obejście ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, a był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towarów, czyli przedmiotu zamówienia(a tym samym zmianę umowy) w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem stosownie do art. 36 ust. 1 pkt. 3 ustawy pzp opis przedmiotu



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szppgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

zamówienia, stanowiącą integralną część umowy o zamówienie i wykonawca składa ofertę, którą jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca znając przedmiot zamówienia tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot) co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Projekt umowy – par. 1 ust. 4

Prosimy o zmianę terminu dostaw na maks. 5 dni

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Projekt umowy – par. 4 ust. 1,2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu reklamacji ilościowej po uznaniu reklamacji na 2 – 3 dni robocze, ponieważ wykonanie „natychmiastowej” wymiany lub uzupełnienia w dniu dostawy, dla Wykonawców z poza Kielc, jest realnie nie do spełnienia. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Projekt umowy – par. 5 ust. 1 lit. b)

Prosimy o odniesienie kary umownej do wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie.

Odpowiedź: Zapis w projekcie umowy w par. 5 ust. 1 lit. b) dotyczy kwoty brutto

Zadanie nr 6 poz. 2, 4

Prosimy o wymogu dostarczenia próbek w pozycji 2 i 4 w zadaniu 6. Zamawiający wymaga w obu pozycjach papierów oryginalnych firmy Mitsubishi i Sony, których jakość jest powszechnie znana zarówno samemu Zamawiającemu jak wykonawcom, a koszt próbek papierów oryginalnych nawet po jednej sztuce do pozycji jest wysoki.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum
Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 25.10.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Sprawa SAG ZP-13/2018**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

W związku z ogłoszeniem przez Państwa przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku zwracamy się z prośbą o wydzielenie z **Pakietu nr 10** pozycji 2 – Golarki medyczne jednorazowego użytku i utworzenie z tej pozycji odrębnego zadania.

Uzasadnienie.

Na rynku sprzedaż takich golarek odbywa się również poprzez zupełnie inne kanały dystrybucji niż sprzedaż pozostałych pozycji wymienionych w opisie przedmiotu do tego postępowania przetargowego.

Wydzielenie powyższej pozycji i utworzenie odrębnego zadania będzie korzystne dla Zamawiającego, gdyż pozwoli na złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców bez konieczności korzystania z ofert pośredników. Powyższa zmiana da Zamawiającemu możliwość uzyskania znacznie niższych cen bezpośrednio od dystrybutorów produktów.

W związku z powyższym prosimy o przychylenie się do naszej prośby.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum
Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 25.10.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę
sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Sprawa SAG ZP-13/2018**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. dot. zapisów SIWZ rozdz. 3, pkt 6 oraz Umowy § 1 ust. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie zapisu umożliwiającego składnia zamówień telefonicznie. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

2. dot. zapisów SIWZ rozdz. 3, Umowy § 2 ust. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu: „na swój koszt” na zapis: „na swój koszt przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

3. dot. zapisów SIWZ rozdz. 10 Sposób oceny dot. zadania 19, Zadanie nr 19

W wymaganiach do Zadania nr 19 Zamawiający zapisał w pkt. 12 iż wymaga dołączenia do oferty próbek w ilości 3 szt. Natomiast w SIWZ w rozdz. 10 jest zapis, że Zamawiający będzie m.in. oceniał „czytelne oznakowanie opakowania”. Zważywszy na fakt, że np.: oryginalne minimalne opakowanie handlowe probówko-strzykawek zawiera 50 szt., igieł 100 szt. itd., zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie ilości i formy w jakiej mają być dostarczone próbki: czy po 3 szt. czy w ilościach oryginalnych minimalnych opakowań handlowych po 1 opakowaniu, w celu dokonania oceny: „czytelne oznakowanie opakowania”?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga min. po 3 sztuki wyspecyfikowanego asortymentu ale zwraca się z prośbą do Wykonawcy aby próbki były przekazane w w oryginalnych opakowaniach handlowych.

4. dot. zapisów Umowy § 5 ust. 1, 3

Prosimy o modyfikację zapisów § 5 ust. 1 i 3 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum
Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szppgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 25.10.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę
sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Sprawa SAG ZP-13/2018**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Zadanie nr 12 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii które nie posiadają łącznika w kształcie litery Y, jednakże ich budowa wykończona na opasce materiałem NeoFoam zapobiega zsuwaniu się z główki dziecka, co więcej główka dziecka w minimalny sposób jest otoczona materiałem co umożliwia lepsze absorbowanie światła UV jak również posiada wyprofilowany kształt w obrębie oczodołów co zapobiega ingerencji promieni bocznych, posiadają zapięcie na rzepy do regulacji, dostępne w rozmiarach Large – powyżej 34 cm, Small – 28-34 cm oraz Micro – poniżej 28 cm. Powyższe rozmiary pozwalają idealnie dobrać okulary do odpowiedniego pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Zadanie 12 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści Adapter łączący respirator Fabian z komorą nawilzacza o długości 60 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Zadanie 12 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy zgodny z opisem SIWZ, jednakże generator wchodzący w skład zestawu umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego jest bez przegubu obrotowego. Prosimy o dopuszczenie generatora który jest powszechnie stosowany i w pełni kompatybilny co pozwoli stworzyć konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4

Zadanie 12 pozycja 5 i 7

Prosimy o odstąpienie od wymogu dla komory nawilzacza posiadającej dwa pływak. Każda komora dedykowana do wentylacji noworodków posiada zabezpieczenie antyprzelewowe. Wymaganie dwóch pływaków w komorze nawilzacza stawia na uprzywilejowanej pozycji tylko jedną firmę. Takie działanie ogranicza innym firmom złożenie oferty w przedmiocie Zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum
Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Pytanie nr 5

Zadanie 12 pozycja 10

Zawracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego zadania Elektrody hydrożelowe do CFN firmy Inspiration op. a' 3 szt. Zadanie w takiej konfiguracji umożliwia złożenie oferty tylko jednemu wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum
Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szppgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 25.10.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę
sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Sprawa SAG ZP-13/2018**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pyt. 1 Pak 20 poz. 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujników jednorazowych, sterylnych, nie zawierających lateksu, bezklejowych, hypoalergicznym dla szczególnie wrażliwej skóry, dla wcześniaków poniżej 3 kg i dla noworodków od 3 do 20 kg zapinany za pomocą 2 pasków (pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę) – sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany cyfrowo, op. a, 24 sztuki. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej dołączy oświadczenie do oferty



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum
Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 25.10.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Sprawa SAG ZP-13/2018**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy Zadania nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości pływowej 150-1200 ml. Spełniający pozostałe wymagania SIWZ, tak jak obecnie stosowane u Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Dotyczy Zadania nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści maskę do tlenoterapii ciągłej w zestawie z przewodem tlenowym o długości 2,1 m, spełniający pozostałe wymagania SIWZ, tak jak obecnie stosowane u Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Dotyczy Zadania nr 12 poz. 1

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego Zadania co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zgodnie z SIWZ

Dotyczy Zadania nr 20

Czy Zamawiający mając na uwadze art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej do technologii Nellcor OxiMax (kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami firmy Nellcor) jednorazowy, sterylny, bez zawartości lateksu oraz ftalanów, samoprzylepny, dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40 kg – w kształcie litery „L”, lub pacjentów o masie ciała 3-20 kg, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, w zestawie w jednym integralnym opakowaniu 6 szt. sterylnych, przezroczystych krążków przedłużających żywotność czujnika, prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii OxiMax. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szppgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 25.10.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę
sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Sprawa SAG ZP-13/2018**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zadanie 1 pozycja 13

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09ml, membrana w kolorze czerwonym, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Loccy o przepływie grawitacyjnym powyżej (550ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do 1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13 z zadania 1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 25.10.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę
sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Sprawa SAG ZP-13/2018**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zadanie 9, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga, aby maski anestetyczne pozbawione były DEHP (ftalanów)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również

Zadanie nr 9 poz, poz. 2: Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu, ponieważ z naszej wiedzy wynika, że opisane filtry posiada tylko jeden Wykonawca? Pozytywna odpowiedź pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraż zgody. Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 9, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści maski sterylne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum
Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 26.10.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Sprawa SAG ZP-13/2018**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zadanie nr 12

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie okularków w innym niż opisany kształcie, które są wykonane z miękkiego materiału o właściwościach hypoalergicznym, można je dostosować do pożądanego rozmiaru, nie powodują ucisku na gałki oczne, a oczy dziecka mogą zamykać i otwierać się w naturalny sposób; dostępne w rozmiarach: obwód głowy <28 cm, 28-34 cm i >34 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 2 Czy Zamawiający wymaga układu o długości 1,5m?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również

Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie masek o średnicy 45 mm zamiast 42 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie adapteru o dł. 60 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 5 Jednorazowy układ oddechowy CPAP

1. Prosimy o dopuszczenie układu o składzie:

- odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 120 cm z niepodgrzewanym odcinkiem przeznaczonym do inkubatora o dł. ok. 30 cm
- odcinek wydechowy
- generator
- odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia
- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem
- zestaw 3 końcówek donosowych o rozmiarach 4 mm (S); 4,5 mm (M); 5 mm (L)
- kolor inny niż niebieski
- pozbawiony wycięcia pozycjonującego
- komorą nawilżacza?

2. Cechą układu oddechowego wpływającą na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez drobnoustroje jest ochrona przeciwdrobnoustrojowa oparta na działaniu jonów srebra. Czy Zamawiający, ze względu na bezpieczeństwo i ochronę pacjentów przedwcześnie urodzonych, których organizmy są w szczególności narażone na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych, wymaga aby oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów srebra?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum
Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Poz. 6. Elementem wpływającym na ograniczenie powstawania niepożądanego zjawiska gromadzenia kondensatu w układzie oddechowym jest komora nawilżacza o specjalnej konstrukcji przeciwdziałającej temu zjawisku. Zamawiający nie określił czy komora nawilżacza ma spełniać tę funkcję, która wpływa na przebieg terapii oraz ogranicza zużycie materiałów eksploatacyjnych.

1. Czy Zamawiający wymaga aby konstrukcja komory nawilżacza ograniczała gromadzenie kondensatu w układzie oddechowym i zapewniała poziom wysycenia pary wodnej w przedziale max. 42-44 mg H₂O/L?
2. Dodatkowo proponowana komora posiada dren zasilający w wodę o dł. 1,2 m co zapewnia swobodę pracy personelu medycznego. Czy Zamawiający wymaga drenu do podaży wody o dł. 1,2m?
3. Czy Zamawiający wymaga aby komora nawilżacza posiadała datę ważności i numer serii na opakowaniu jednostkowym komory?

Odpowiedź: poz. 6 (1, 2, 3) Zgodnie z SIWZ



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum
Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szppgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 26.10.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę
sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Sprawa SAG ZP-13/2018**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne o średnicy 0,45mm oraz długości 12mm lub 16mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, pozycje 1 - 8

Czy Zamawiający wydzieli wskazane pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na ten asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ

Zadanie 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści igły standard do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 26G x 120mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 5, pozycja 2

Czy Zamawiający ma na myśli fartuch w rozmiarze 71cm x 116cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga fartucha o maksymalnej dł. 116 cm.

Zadanie 5, pozycja 3

Czy Zamawiający ma na myśli fartuch w rozmiarze 71cm x 118cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga fartucha o dł. 170 - 180 cm.

Zadanie 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze foliowe bez warstwy antypoślizgowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze włókninowe z warstwą antypoślizgową?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 5, pozycja 5

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania staz dostępnych w minimum 2 kolorach?

Odpowiedź: Nie oczekuje, zgodnie z SIWZ

Zadanie 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'90 szt. z przeliczeniem ilości na 1000 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Zadanie 5, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne z możliwością wpisania danych pacjenta na karteczce umieszczanej w kieszonce opaski?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 5, pozycja 16



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z zagiętą końcówką Yankauer w rozmiarze CH 21 oraz z drenem w rozmiarze CH 24 / 210cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 5, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści dren śródskórny o długości 700mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 5, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści dren do jamy otrzewnej CH 33 dł. 50cm, 100% silikon?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne polimerowane obustronnie o niewyczuwalnej różnicy w grubości na palcach 0,18(±0,01)mm; o długości od min. 280 do min. 290mm w zależności od rozmiaru ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poziomie protein max 32 µg/g ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 482mm; AQL 1.5 ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne ze specjalną warstwą antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o długości mediana min. 282 do min. 299mm w zależności od rozmiaru; o grubości na palcu min. 0,20mm; dłoni min. 0,17mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu koperta zewnętrzna folia, a koperta wewnętrzna papierowa ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 7, pozycja 4,5,6

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu z datą produkcji jako datę sterylizacji, gdyż data produkcji rękawicy jest również jej datą sterylizacji ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 7, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne sterylne o grubości na dłoni min. 0,10mm; AQL 1.5; Pakowane podwójnie – wewnętrznie papier, zewnętrznie papier foliowany?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 7, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne chloroprenowe posiadające specjalną warstwę antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt; polimerowane obustronnie; kolor brązowy ?



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Zadanie 7, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o długości min. 287 do min. 300mm; o grubości na palcach 0,20(±0,01)mm; dłoni 0,17(±0,01)mm; siła zrywu przed starzeniem min 13N; pakowane wewnętrznie w papier, zewnętrznie w folię ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem oraz z drenem o długości 210cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Zadanie 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 25G/90mm, pakowaną wraz z igłą prowadzącą?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści gólarke posiadającą ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej chromem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści skalpel w rozmiarze 11?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści aparat z zaciskiem rolkowym z krótkich przerw w infuzji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 10, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem 3 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 10, pozycja 10-16

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z lateksową zastawką lub z plastikową zastawką?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 10, pozycja 12-16

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem o pojemności 5-10ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 10, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści cewnik wewnętrzny Nelaton w rozmiarach CH6,CH8,CH10?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 10, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem zakończonym atraumatycznym otworem oraz dodatkowym otworem bocznym, bez sztywnej kanki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum
Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 29.10.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Sprawa SAG ZP-13/2018**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy zapisów SIWZ:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej dołączy oświadczenie do oferty

2. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Dotyczy Parametry Techniczne:

3. Dot. zadania nr 13, poz. 1-5

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868 ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również

4. Dot. zadania nr 13, poz. 9

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

5. Dot. zadania nr 13, poz. 10

Czy zamawiający wymaga aby test umieszczony był na metalowej płytce o długości nie mniejszej niż 8 cm, co w rzeczywisty sposób symuluje kontrolę mycia narzędzi stalowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 29.10.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę
sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Sprawa SAG ZP-13/2018**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający miał na myśli **w Zadaniu nr 11, poz. 5** szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ wymaga produktów dopuszczonych do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi w ich zakresie przepisami

2. Czy Zamawiający **w Zadaniu nr 16 poz. 1** dopuści Kateter 5F z balonem o pojemności 1,5 ml? Pozostałe wymagane parametry zgodne z opisem Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

3. Czy Zamawiający miał na myśli **w Zadaniu 16 poz. 5** próżnościąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „dzwonu” (kielicha) Ø miseczki 64mm posiadająca miękkie, elastyczne krawędzie lub „grzybka” Ø miseczki 50mm wyginająca się o 90° w każdym kierunku, z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek oraz czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara. Rodzaj miseczki do wyboru.

Oferowany przez nas próżnościąg położniczy zapewnia lekarzowi bezpieczną i komfortową obsługę, a rodzącej kobiecie maksymalny komfort.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga próżnościagu, jednorazowego użytku w kształcie grzybka Ø miseczki 50mm.



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum
Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 29.10.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Sprawa SAG ZP-13/2018**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zadanie 1, poz. 27-28,32,34-36,40-41

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 1 wydzieli pozycje: 27-28,32,34-36,40-41 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz. 32

Czy zamawiający dopuści ostrza wykonane ze stali węglowej jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz. 40

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną kłapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz. 40

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz. 40,41

Czy zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia karty charakterystyki chemicznej produktu celem potwierdzenia braku zawartości ftalanów, gdyż oferent dostarczy oświadczenie producenta o braku zawartości ftalanów w niniejszym produkcie? Zarówno karta charakterystyki jak i oświadczenie jest wystawiane przez producenta, więc w przypadku potwierdzenia braku zawartości ftalanów w danym asortymencie oświadczenie jest dokumentem wystarczającym, natomiast karta charakterystyki zawiera wszystkie szczegółowe dane o składzie chemicznym asortymentu, którego Zamawiający nie wymaga.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz. 40

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz. 40

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP, BBP i DBP w postaci symbolu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz. 41

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml \pm 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15 μ m, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz. 41

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekcja igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz. 41

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 5, poz. 2-5

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym, pakowany zbiorczo po 100 szt.?

Odpowiedź: Zadane pytanie dotyczy poz. 2, Zamawiający zgodnie z udzielonymi odpowiedziami, oczekuje fartucha o dł. 116cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Zadanie 5, poz. 2-5

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 71 cm x 180 cm, wykonany z folii polietylenowej, w rozmiarze uniwersalnym, pakowane indywidualnie?

Odpowiedź: Zadane pytanie dotyczy tylko pozycji 3, Zamawiający zgodnie z udzielonymi odpowiedziami, oczekuje fartucha o dł. 170-180cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

Zadanie 5, poz. 2-5

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 71 cm x 116 cm, wykonany z folii polietylenowej, w rozmiarze uniwersalnym, pakowane indywidualnie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 5, poz. 2-5

Czy zamawiający dopuści fartuch typu przedniak w kolorze białym wykonany z polietylenu, odporny na płyny - chroni odzież przed rozpryskami płynów, tłuszczu, olejów czy zanieczyszczeń, pełne cięcie, wysoki karczek w celu zapewnienia pełnej ochrony, dokładne wycięcie przy szyi ułatwia zakładanie, wiązanie w talii na odpowiedniej wysokości zapewnia szczelność fartucha, długość umożliwia stosowanie fartucha nawet przez osoby o większych gabarytach, wygodne opakowanie ułatwia



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

wyjmowanie pojedynczych fartuchów, fartuch o grubości 16 mikronów, fartuch spełnia normy i wytyczne PPE Kategoria I (Artykuł 8.3) - zapobieganie narażaniu użytkownika na temperaturę nieprzekraczającą 50°C lub niebezpieczny kontakt, wolny od latexu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 5, poz. 2-5,4,9-10

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Zadanie 5, poz. 4

Czy zamawiający dopuści ochraniacze na obuwiu foliowe, bez moletu antypoślizgowego, wykonane z teksturowanej folii?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 5, poz. 5

Czy zamawiający oczekuje 150 szt. pasków, czy 150 szt. = 150 opakowań po 25 szt. pasków?

Odpowiedź: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wpisał ile jest sztuk na rolce, czyli do wyceny trzeba przyjąć opakowanie a'25 sztuk.

Zadanie 5, poz. 1-6,9-12

Prosimy o wydzielenie poz. 1-6,9-12 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Zadanie 10, poz. 2,20-21,24-26

Prosimy o wydzielenie poz. 2,20-21,24-26 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Zadanie 10, poz. 2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Zadanie 10, poz. 20

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Zadanie 10, poz. 21

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz. 1,4-5,2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Odpowiedź: Zamawiający w Załączniku wpisał w jakich opakowaniach wymaga asortyment w w/w pozycjach i są to opakowania po 100 sztuk, Zamawiający nie wyraża zgody na przeliczanie opakowań, gdyż w ilościach podał handlowe jednostki miary, które należy przeliczyć

Zadanie 1, poz. 7

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Zadanie 22, poz. 3

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 112 cm x 140 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 22, poz. 3

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Zadanie 22, poz. 3

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylizowany?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 22, poz. 3

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum
Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 30.10.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Sprawa SAG ZP-13/2018**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zadanie 9, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy wirusowo-bakteriobójczy z wymiennikiem ciepła i wilgoci o parametrach:

- Maksymalny czas użytkowania 24 godziny
- Wydajność filtracji bakteryjno i wirusowej 99,999%
- z portem CO2
- ołączenie ISO (mm) 22F / 15M i 22M / 15F
- pakowany pojedynczo
- objętość oddechowa pacjenta 250 - 1000 ml
- martwa przestrzeń: 38 ml
- Nawilżanie (mg H2O / l): 30 mg / VT 500
- Rezystancja (cm H2O): 2.2, 60 LPM
- Waga filtra: 25 g?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 9, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem o długości 210 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szppgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 30.10.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę
sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Sprawa SAG ZP-13/2018**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zadanie 1, poz. 24-26

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz. 25

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o długości 33 mm zamiast 32 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie min. 90 ml/min zamiast min. 95 ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz. 40-43

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz. 41

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu z igłą standardowo ściętą, dwukanałową . Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz. 41

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu z komora o długości 62 mm- całość, 55 mm w cz. przezroczystej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 3, poz. 1-2

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Zadanie 3, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu FEP? Zarówno FEP jak i PTFE są bowiem teflonem. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum
Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 30.10.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę
sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Sprawa SAG ZP-13/2018**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zadanie nr 3, poz. 7

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus aureus, Hepatitis C i HIV, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, przestrzeni martwej 35 ml, oporach przepływu 3,6 cm H₂O przy przepływie 60 l/min, medium filtracyjne z włókien ceramicznych, hydrofobowe, harmonijkowe, waga 26 g, filtr ze złączem prostym, sterylizowany radiacyjnie, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, z możliwością stosowania do 24 godzin.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie klinicznie alternatywnego rozwiązania w postaci filtra elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,99 %, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H₂O/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 77 ml, opory przepływu 2,3 cm H₂O przy przepływie 60 l/min, objętość oddechowa Vt 300-1000 ml, waga 24 g, filtr ze złączem prostym, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, instrukcja dostępna w opakowaniu zbiorczym

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego o skuteczności filtracji p/bakteryjnej ≥99,9999%, p/wirusowej ≥99,9999% , skuteczności filtracyjnej względem NaCl ≥99,764%, z membrana hydrofobową, mechaniczną, masie filtra 49 g, przestrzeni martwej 96 ml, oporze przepływu 2,5 cm H₂O przy 60 L/min, zakresie Vt 300-1500 ml, poziomie nawilżania 34 mg H₂O przy Vt 500 ml, czasie stosowania do 24 godzin, z portem kapno, filtr jałowy w opakowaniu pojedynczym

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 9 pozycja 1

1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby maski anestetyczne były kompatybilne ze środowiskiem MRI?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada pracowni MRI

Zadanie nr 9 pozycja 2

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego bakteryjno-wirusowego, mikrobiologicznie czystego, z wkładem hydrofobowym z wymiennikiem ciepła i wilgoci, j.u., objętość oddechowa Vt 120-750 ml, przestrzeń martwa 34 ml, filtr ze złączem prostym, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, czas działania 24 h.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 9 pozycja 3

1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zestawu do nebulizacji ciągłej bez szkodliwych substancji: DEHP i BPA potwierdzonych na oryginalnym opakowaniu producenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

2/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zestaw ma umożliwiać podłączenie do urządzeń wymagających łączników standardowych i/lub gwintowanych?

Odpowiedź: Zestaw do podłączenia wymagający łączników standardowych

Zadanie nr 9 pozycja 4

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej z nebulizatorem i drenem o dł. 210cm spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

2/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga nebulizatora o następujących parametrach: przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 μm (+/- 0,07 μm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 μm) - 79,7% (+/- 1,7%) - potwierdzonych w badaniach producenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 10 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 25Gx90mm, spełniającej pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 10 pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do precyzyjnej infuzji grawitacyjnej wykonanego z PCV bez DEHP, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 10 pozycja 7, 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych o długości 60cm, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 10 pozycja 12-16 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z balonem o pojemności 5-10ml, reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 10 pozycja 17

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy z uwagi na specyfikę asortymentu i długi czas stosowania, cewniki do karmienia mają być bezpiecznie stosowane do 4 tygodni z potwierdzeniem fabrycznie nadrukowaną przez producenta informacją na opakowaniu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2/ Czy cewniki do karmienia mają być skalowane co 1 cm, co umożliwia precyzyjną aplikację i określenie dokładnej głębokości położenia cewnika?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy cewniki do karmienia mają być wykonane z PCV, niezawierającego ftalanów (z fabrycznie nadrukowaną informacją na opakowaniu jednostkowym)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum
Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 30.10.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Sprawa SAG ZP-13/2018**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Dotyczy pakietu nr 12 poz. 1 – okulary do fototerapii

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 12 numer 1 – „okulary do fototerapii” w celu złożenia atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty cenowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Dotyczy pakietu nr 12 poz. 1 – okulary do fototerapii

Czy Zamawiający wymaga, aby okulary do fototerapii wykonane były z miękkiego opatentowanego materiału, bez lateksu, materiału przyjaznego dla skóry dziecka, zawierające specjalną osłonę na oczy, która chroni je przed szkodliwym działaniem światła podczas fototerapii? Okulary idealnie dopasowane, założone na główkę dziecka nie przemieszczają się i pozostają bezpieczne na tym samym miejscu dzięki unikalnej konstrukcji w kształcie litery Y, składające się z jednej części. Pasują do każdego kształtu głowy, dzięki elastycznym mocowaniom na rzep, znajdujący się na potylicy w rozmiarach 20-28, 24-33, 30-38.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum
Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 30.10.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Sprawa SAG ZP-13/2018**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, w pozycji nr 1-12, odstąpi od wymogu oferowania igieł pochodzących od jednego producenta? Wymóg taki nie ma uzasadnienia medycznego, dla asortymentu przeznaczonego do różnych procedur, dodatkowo utrudniając zachowanie uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Czy w zadaniu nr 1 w pozycji nr 20-23, Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawki posiadające oświadczenie producenta o kompatybilności oferowanych strzykawek z posiadanymi przez Zamawiającego pompami.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Czy Zamawiający wyłączy z zadania nr 1, pozycje nr 14-23, 40-43 i utworzy oddzielne zadanie dla tych pozycji, co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów specjalizujących się w tych produktach?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

4. Czy Zamawiający wyłączy z zadania nr 1, pozycje nr 24-26, 37-39, do osobnego zadania, co umożliwi przystąpienie większej liczbie wykonawców, tym samym możliwość uzyskania korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum
Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 31.10.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Sprawa SAG ZP-13/2018**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie dotyczy zadania nr 21

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści smoczki wykonane z termoplastycznego elastomeru (TPE), spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Termoplastyczny elastomer spełnia wymogi europejskich oraz polskich przepisów dotyczących tworzywa sztucznego dla wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Jest materiałem całkowicie bezwonny i bez smaku. W przeciwieństwie do wyrobów z lateksu, które mogą pozostawiać charakterystyczny smak, oferowane smoczki są całkowicie bezzapachowe i bezsmakowe oraz nie posiadają właściwości uczulających. Dodatkowo są odporne na wysokie temperatury, w przeciwieństwie do lateksu, który pod wpływem nasłonecznienia niszczy się.

Dopuszczenie powyższego produktu nie odcina żadnemu wykonawcy możliwość złożenia oferty, a jedynie powoduje zwiększenie konkurencyjności ofert z korzyścią dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również