



**Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka**

**Szpital Specjalistyczny w Kielcach**

**25-371 Kielce**

**ul. Prosta 30**

**ISO 9001: 2008      Certyfikat PL003086/P**

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

---

Kielce 10.10.2017r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę  
sprzętu medycznego jednorazowego użytku  
Sprawa SAG ZP-17/2017**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zadanie 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr bakteryjno-awirusowy o wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności wirusowej 99,999% (z membraną elektrostatyczną), przestrzeń martwa 77 ml, objętość oddechowa Vt 150-1500ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**



# Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

## Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 11.10.2017r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku  
Sprawa SAG ZP-17/2017**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**1. dot. zapisów SIWZ pkt 3, pkt 6 oraz Umowy § 1 ust. 3**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie zapisu umożliwiającego składnia zamówień telefonicznie. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**2. dot. zapisów Umowy § 2 ust. 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu: „na swój koszt” na zapis: „na swój koszt przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**3. dot. Zapisów SIWZ rozdz. 7 Wykaz dokumentów pkt 5, Zadanie nr 19**

W wymaganiach do Zadania nr 19 Zamawiający zapisał w pkt. 12 iż wymaga dołączenia do oferty próbek w ilości 3 szt. Natomiast w SIWZ w rozdz. 7 w wykazie dokumentów pkt 5 Zamawiający wymaga, aby próbki były w oryginalnych opakowaniach. Zważywszy na fakt, że np.: oryginalne minimalne opakowanie handlowe probówko-strzykawek zawiera 50 szt., zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie ilości i formy w jakiej mają być dostarczone próbki: czy po 3 szt. czy w ilościach oryginalnych minimalnych opakowań handlowych po 1 opakowaniu?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga próbek zgodnie z ilościami zamieszczonymi pod tabelami asortymentowymi w Załączniku nr 2 do SIWZ. Równocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca może dostarczyć próbki w oryginalnych opakowaniach handlowych**

**4. dot. Zapisów SIWZ rozdz. 13 i 14**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu złożenia ofert na dzień 18 października 2017r. Prośbę swą motywujemy tym, że aby oferta na pewno dotarła na czas, powinna zostać wysłana kurierem na 2 dni przed terminem otwarcia, tj. 13 października w piątek, czyli przed zakończonym terminem zadawania pytań, gdyż połowa wyznaczonego terminu składania ofert wypada również dnia 13 października w piątek. Przesunięcie terminu o jeden dzień na 18 października da Zamawiającemu czas na udzielenie odpowiedzi, a Wykonawcom na dokładne przygotowanie ofert.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający utrzymuje termin składania ofert na 17.10.2017r. (wtorek)**



**Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka**

**Szpital Specjalistyczny w Kielcach**

**25-371 Kielce**

**ul. Prosta 30**

**ISO 9001: 2008**

**Certyfikat PL003086/P**

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 11.10.2017r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę  
sprzętu medycznego jednorazowego użytku  
Sprawa SAG ZP-17/2017**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytania dotyczą zadania nr 22.**

**Poz. 1 - 3**

Czy Zamawiający dopuści smoczki wykonane z termoplastycznego elastomeru (TPE), obecnie dostarczane do Państwa?

Termoplastyczny elastomer spełnia wymogi europejskich oraz polskich przepisów dotyczących tworzywa sztucznego dla wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Jest materiałem całkowicie bezwonny i bez smaku. W przeciwieństwie do wyrobów z lateksu, które mogą pozostawiać charakterystyczny smak, oferowane smoczki są całkowicie bezzapachowe i bezsmakowe oraz nie posiadają właściwości uczulających. Dodatkowo są odporne na wysokie temperatury, w przeciwieństwie do lateksu, który pod wpływem nasłonecznienia niszcze.

Chcemy zaznaczyć, iż proponowane smoczki są wyrobami medycznymi używanymi w wielu ważnych ośrodkach medycznych na terenie kraju oraz są oceniane jako produkty o wysokiej jakości, gwarantujące stosunkowo dużą oszczędność finansową w zakresie tego asortymentu. Natomiast obecne zapisy SIWZ dotyczące wymagań technicznych produktów utrudnią zachowanie uczciwej konkurencji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ**

**Poz. 3 – 6**

Prosimy o wydzielenie poz. 3 – 6 i umieszczenia tego asortymentu w oddzielnym pakiecie?

Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia złożenie oferty firmie oferującej produkty wysokiej jakości. Wydzielenie powyższych pozycji spowoduje większą konkurencyjność i umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych. Wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu nie odcina żadnemu wykonawcy możliwości złożenia oferty, a jedynie powoduje zwiększenie konkurencyjności ofert z korzyścią dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ**



**Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka**

**Szpital Specjalistyczny w Kielcach**

**25-371 Kielce**

**ul. Prosta 30**

**ISO 9001: 2008      Certyfikat PL003086/P**

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

---

Kielce 11.10.2017r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę  
sprzętu medycznego jednorazowego użytku  
Sprawa SAG ZP-17/2017**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 16 cewników do HSG - Rigidinjector kateter/wstrzykiwacz 5.5 Fr w kompletnych zestawach ze strzykawką strzykawka 2,5-3,0 ml – jak dotychczas stosowane.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również**



# Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

## Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 11.10.2017r.

### **Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku Sprawa SAG ZP-17/2017**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Zadanie nr 6 poz. 2,5**

Prosimy o odstąpienie od wymogu przedłożenia próbek ww papieru ze względu na wysoki koszt zakupu. Zamawiający przyjął jako jednym z kryteriów –jakość. W przypadku papierów oryginalnych jakość będzie najwyższa i taka sama. Natomiast zwracamy się z prośbą o przedłożenie wraz z ofertą katalogu oferowanego papieru zamiast dostarczenia próbki.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Projekt umowy &4 pkt.2**

Prosimy o wykreślenie z umowy treści „ Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany lub uzupełnienia zakwestionowanej dostawy.” W zamian tego prosimy o wpisanie : „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany lub uzupełnienia zakwestionowanej dostawy w terminie do 5 dni roboczych.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ**

#### **Projekt umowy &5 ust. 1 ppkt b)**

Prosimy o zmianę kary umownej na 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapis zawarty w par. 5ust. 1 ppkt.. b) odnoszący się kary umownej jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych . Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecnictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**



**Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka**

**Szpital Specjalistyczny w Kielcach**

**25-371 Kielce**

**ul. Prosta 30**

**ISO 9001: 2008**

**Certyfikat PL003086/P**

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 11.10.2017r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku  
Sprawa SAG ZP-17/2017**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

pakiet 1 pozycja 13 termin składania ofert: 17.10.2017

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany podwójnie sterylnie (czerwony i niebieski) papier-folia z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ**



**Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka**

**Szpital Specjalistyczny w Kielcach**

**25-371 Kielce**

**ul. Prosta 30**

**ISO 9001: 2008      Certyfikat PL003086/P**

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 11.10.2017r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku  
Sprawa SAG ZP-17/2017**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

**Dotyczy Zadania nr 9 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości opływowej 150-1200 ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ, tak jak obecnie stosowane u Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Dotyczy Zadania nr 9 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści maskę do tlenoterapii ciągłej w zestawie z przewodem tlenowym o długości 2,1m, spełniający pozostałe wymagania SIWZ, tak jak obecnie stosowane u Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Dotyczy Zadania nr 18 poz. 2,6**

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego Zadania, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ**

**Dotyczy Zadania nr 18 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści układ składający się z dwóch rur o długości 180 cm i 1 rury o długości 90 cm, przy spełnianiu pozostałych wymagań?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Dotyczy Zadania nr 12 poz. 1**

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego Zadania, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ**

**Dotyczy Zadania nr 20**

Czy Zamawiający mając na uwadze art. 29. Ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej do technologii Nellcor OxiMax (kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami firmy Nellcor) – jednorazowy, sterylny, bez zawartości lateksu oraz ftalanów, samoprzylepny, dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40 kg – w kształcie litery „L” lub dla pacjentów o masie ciała 3-20 kg, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, w zestawie w jednym integralnym opakowaniu 6 szt. sterylnych, przeźroczystych krążków przedłużających żywotność czujnika, prawidłowo identyfikowany przez puls oksymetry pracujące w technologii OxiMax. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ**



**Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka**

**Szpital Specjalistyczny w Kielcach**

**25-371 Kielce**

**ul. Prosta 30**

**ISO 9001: 2008**

**Certyfikat PL003086/P**

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 11.10.2017r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę  
sprzętu medycznego jednorazowego użytku  
Sprawa SAG ZP-17/2017**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

1. Czy Zamawiający wydzieli z Zadania poz. 41 i utworzy z niej osobne Zadanie?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ**

2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 1 poz. 41 przyrząd IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą bioczną czterokanałową – odpowietrznik z filtrem bakteryjnym zamykany niebieską kłapką – przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, wielkość komory min. 5,5 z filtrem, filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu – łącznik LUER-LoCK z osłonką – opakowanie jednostkowe typu blister papier-folia – sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 1 poz. 41 przyrząd bez uchwytu na dren?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

4. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 1 poz. 41 przyrząd posiadający informację o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

5. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 1 poz. 41 potwierdzenie informacji o braku ftalanów kartą techniczną produktu lub oświadczeniem producenta?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

6. Czy Zamawiający wydzieli z Zadania 5 poz. 1-11 i utworzy z nich osobne Zadanie?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ**





**Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka**

**Szpital Specjalistyczny w Kielcach**

**25-371 Kielce**

**ul. Prosta 30**

**ISO 9001: 2008**

**Certyfikat PL003086/P**

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

---

Kielce 12.10.2017r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku  
Sprawa SAG ZP-17/2017**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Zadanie 10, pozycja 2: Golarki medyczne jednorazowego użytku – 3200 szt.

**Zapytanie**

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa Przetargu zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania nr 10, pozycji nr 2 i utworzenie z tej pozycji oddzielnego zadania.

Zadanie 10/Pozycja 2 – Golarki medyczne jednorazowego użytku 3 200 szt.

**Uzasadnienie**

Nasza firma jest producentem ww. produktu i w związku z tym jesteśmy w stanie złożyć Państwu korzystną ofertę.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ**



**Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka**

**Szpital Specjalistyczny w Kielcach**

**25-371 Kielce**

**ul. Prosta 30**

**ISO 9001: 2008**

**Certyfikat PL003086/P**

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

---

Kielce 12.10.2017r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku  
Sprawa SAG ZP-17/2017**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

**Zadanie nr 20**

- prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy zamienników bezklejowe piankowe z pojedynczą opaską zapinaną na velcro.
- prosimy o odstąpienie od wymogu kalibracji cyfrowej.
- prosimy o dopuszczenie przedziału wagowego poniżej 3 kg i 3-15 kg – do wyboru przy realizacji zamówienia

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie nr 12**

- prosimy o wydzielenie **poz. 1**

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ**



**Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka**

**Szpital Specjalistyczny w Kielcach**

**25-371 Kielce**

**ul. Prosta 30**

**ISO 9001: 2008**

**Certyfikat PL003086/P**

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

---

Kielce 12.10.2017r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku  
Sprawa SAG ZP-17/2017**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

1. Czy Zamawiający miał na myśli w **Zadaniu Nr 11 poz. 5** szczoteczki cytologiczne odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r oraz wymaganiami PTG dotyczących standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

**Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ wymaga produktów dopuszczonych do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi w ich zakresie przepisami**



**Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka**

**Szpital Specjalistyczny w Kielcach**

**25-371 Kielce**

**ul. Prosta 30**

**ISO 9001: 2008      Certyfikat PL003086/P**

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

---

Kielce 12.10.2017r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę  
sprzętu medycznego jednorazowego użytku  
Sprawa SAG ZP-17/2017**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Zadanie nr 6 – Papier medyczny i elektrody dla noworodków typu Biazet

Zamawiający wymaga w poz. 1-5 próbek do oceny jakościowej wyspecyfikowanego asortymentu, jednocześnie wymaga aby w poz. 2 i 4 zaoferować oryginalne papiery Mitsubishi i Sony.

W związku z tym prosimy o odstąpienie od konieczności przesłania próbek do oceny, ponieważ ocenianie jakości oryginalnych papierów nie powinno być wymagane.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

Dot. Poz. 5 Prosimy o dopuszczenie elektrod spełniających opisane w zadaniu parametry z przewodem 60 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**



**Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka**

**Szpital Specjalistyczny w Kielcach**

**25-371 Kielce**

**ul. Prosta 30**

**ISO 9001: 2008**

**Certyfikat PL003086/P**

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 12.10.2017r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę  
sprzętu medycznego jednorazowego użytku  
Sprawa SAG ZP-17/2017**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

**Zadanie 1, poz. 24-26**

Zwracamy się z prośbą o wydzieleni w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 1, poz. 25**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o długości 33 mm zamiast 32 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 1, poz. 26**

Cz Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie min. 90 ml/min zamiast 95 ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 1, poz. 40-41**

Zwracamy się z prośbą o wydzieleni w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 1, poz. 41**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przyrządu z igłą standardowo ściętą, dwukanałową. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 1, poz. 41**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przyrządu z komorą o długości 62 mm – całość, 55 mm w cz. przezroczystej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 3, poz. 1-2**

Zwracamy się z prośbą o wydzieleni w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 3, poz. 1-2**

Cz Zamawiający dopuści kaniulę wykonane z teflonu FEP? Zarówno FEP jak i PTFE są bowiem teflonem. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**



**Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka**

**Szpital Specjalistyczny w Kielcach**

**25-371 Kielce**

**ul. Prosta 30**

**ISO 9001: 2008**

**Certyfikat PL003086/P**

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

---

Kielce 12.10.2017r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę  
sprzętu medycznego jednorazowego użytku  
Sprawa SAG ZP-17/2017**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Dotyczy Zadania nr 13

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 1-5) oraz utworzenia odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ**

2. poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą o wymiarach 300mmx70mmx100m w miejsce rękawa 300mmx60mmx100m.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**



**Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka**

**Szpital Specjalistyczny w Kielcach**

**25-371 Kielce**

**ul. Prosta 30**

**ISO 9001: 2008**

**Certyfikat PL003086/P**

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

---

Kielce 13.10.2017r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę  
sprzętu medycznego jednorazowego użytku  
Sprawa SAG ZP-17/2017**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 16 dopuści Kateter 5F z balonem o pojemności 1,5 ml? Pozostałe wymagane parametry zgodne z opisem Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**



**Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka**

**Szpital Specjalistyczny w Kielcach**

**25-371 Kielce**

**ul. Prosta 30**

**ISO 9001: 2008**

**Certyfikat PL003086/P**

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

---

Kielce 13.10.2017r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku  
Sprawa SAG ZP-17/2017**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający w **Zadaniu Nr 24 poz. 1** dopuści kateter o długości 180mm oraz całkowitej długości 205 mm. ze specjalnym inserterem z ogranicznikiem i znacznikiem? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

2. Czy Zamawiający w **Zadaniu Nr 24 poz. 2** dopuści kateter inseminacyjny z objętością 0,07 ml z MEA 2-cell survival rate >80%? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**





# Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

## Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008 Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 13.10.2017r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku**  
**Sprawa SAG ZP-17/2017**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Zadanie 1, pozycja 1-13**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by wszystkie pozycje pochodziły od jednego producenta?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 1, pozycja 1 – 13**

Czy Zamawiający wydzieli wskazane pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na ten asortyment.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 1, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 1,2x25mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 1, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści igły sklasyfikowane w klasie IIa?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 1, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści igły w opakowaniu a'50 szt. z przeliczeniem na ilość zamawianego towaru.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 1, pozycja 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł w rozmiarze 0,30x13mm w miejsce 0,33x12mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 1, pozycja 14-17**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki wykonane z polipropylenu bez rozszerzonej skali?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 1, pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu a'70 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 1, pozycja 14 – 19**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na ten asortyment.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 1, pozycja 18**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę skalowaną co 0,05 ml z igłą 0,45x13mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 1, pozycja 20-22**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z zielonym tłokiem oraz przezroczystym cylindrem?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 1, pozycja 24- 28**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na ten asortyment.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**



# Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

## Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

### **Zadanie 1, pozycja 24**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z przepływem 33ml/min?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 1, pozycja 25**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z przepływem 62ml/min?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 1, pozycja 34**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 0,7 l?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 1, pozycja 34**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik z okrągłą podstawą?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 1, pozycja 37**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z cewnikiem wykonanym z wysokiej jakości P.T.F.E/F.E.P, ze standardowym korkiem portu bocznego, wyposażony w 2 paski kontrastujące w RTG oraz w komore wypływu krwi ułatwiającą wizualizację prawidłowości wkłucia?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 1, pozycja 38**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z cewnikiem wykonanym z wysokiej jakości P.T.F.E/F.E.P, ze standardowym korkiem portu bocznego, wyposażony w 2 paski kontrastujące w RTG oraz w komore wypływu krwi ułatwiającą wizualizację prawidłowości wkłucia?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 1, pozycja 39**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z cewnikiem wykonanym z wysokiej jakości P.T.F.E/F.E.P, ze standardowym korkiem portu bocznego, wyposażony w 2 paski kontrastujące w RTG oraz w komore wypływu krwi ułatwiającą wizualizację prawidłowości wkłucia?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 1, pozycja 29-31,37-39**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wyżej wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 1, pozycja 40**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by przyrząd posiadał dodatkowy otwór do umieszczenia igły biorczej po użyciu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 1, pozycja 47**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 4, pozycja 3**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 3 do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na ten asortyment.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 5, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze foliowe bez warstwy antypoślizgowej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**



# Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

## Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

### **Zadanie 5, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze włókninowe z warstwą antypoślizgową, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 5, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne z możliwością wpisania danych pacjenta na karteczce do wpisania danych pacjenta, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 5, pozycja 11**

Czy Zamawiający oczekuje podania numeru katalogowego i producenta nożyczek do przycinania pępowiny?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga wpisania takich informacji w tabeli asortymentowo cenowej (Załącznik nr 2 do SIWZ)**

### **Zadanie 5, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści, aby asortyment w tej pozycji (tj. zaciskacz i nożyczki) pochodziły od różnych producentów? Opis wskazuje na asortyment produkowany przez firmę Karasiński, jednakże na problemy producenta niemożliwym jest zaoferowanie asortymentu wskazanego w opisie.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również**

### **Zadanie 5, pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką CH 23, z drenem CH 24, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 5, pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści dren śródskórny o długości 700mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 5, pozycja 23**

Czy Zamawiający dopuści dren do jamy otrzewnej CH33 dł. 50cm, 100% silikon, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o dł. Min 283 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości na dłoni 0,15 +/- 0,02 mm i zawartości protein poniżej 32 ug/g?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 7, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min 478 mm i posiadające AQL 1.5?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 7, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści rękawice pokryte makroteksturą?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 7, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości minimum 278 mm i grubości: na palcu 0,22 +/- 0,02 mm na dłoni 0,19 +/- 0,01 mm i o maksymalnej zawartości protein 33 ug/g?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 7, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści, aby rękawice były pakowane w opakowanie podwójne : wewnętrzna – papier, zewnętrzna – folia?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**



# Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

## Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

### **Zadanie 7, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 290 mm? O grubości na dłoni minimum 0,12 +/- 0,01 mm? AQL 1.5, pakowane podwójnie – wewnętrznie papier, zewnętrznie papier foliowany?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 7, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające specjalną warstwę antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 7, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze brązowym o długości min 280 mm i grubości: na palcu 0,20 +/- 0,02 mm, o sile zrywu 13 N i pakowane wewnętrznie w papier, zewnętrznie w folię?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 9, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem o długości 210cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 10, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę 25G/90mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 10, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści gólarke posiadającą ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej chromem?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 10, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści skalpel w rozmiarze 11?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 10, pozycja 5-6**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania o długości 60 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 10, pozycja 5-6**

Czy Zamawiający dopuści cewniki zawierające ftalany?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 10, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania o długości 60 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 10, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania o długości 60 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 10, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem 3 ml z lateksową zastawką?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 10, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem 3 ml z plastikową zastawką?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 10, pozycja 11-16**

Czy Zamawiający dopuści cewnik z lateksową zastawką?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Zadanie 10, pozycja 11-16**

Czy Zamawiający dopuści cewnik z plastikową zastawką?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**



**Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka**

**Szpital Specjalistyczny w Kielcach**

**25-371 Kielce**

**ul. Prosta 30**

**ISO 9001: 2008**

**Certyfikat PL003086/P**

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

---

**Zadanie 10, pozycja 19**

Czy Zamawiający dopuści cewnik wewnętrzny w rozmiarach CH6,CH8,CH10?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 13, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a' 144szt., z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**



# Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008      Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 13.10.2017r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku  
Sprawa SAG ZP-17/2017**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Dotyczy pakietu 18 poz. 6**

Prosimy o wydzielenie poz. nr 6 do odrębnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty na pozostały asortyment.

**Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z pozycji nr 6 w pakiecie 18 i wykreśla z Zadania poz. nr 6 filtr do inkubatora Vcikers C100, op a' 4 szt. w ilości 1 opakowanie.**

**Dotyczy pakietu 9, poz. 4**

Prosimy o wydzielenie poz. nr 4 do odrębnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty na pozostały asortyment

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Dotyczy pakietu 9, poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie – Filtr oddechowy mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czysty, wyposażony w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, powlekany szkłem spiekany, o skuteczności filtracji bakteryjno-wirusowej 99,9999% oraz piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mgH<sub>2</sub>O/L złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 40g, objętość wewnętrzna 55ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 1,33 cm/H<sub>2</sub>O przy 30L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**





# Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

## Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 16.10.2017r.

### **Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku Sprawa SAG ZP-17/2017**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Zadanie 7**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1,4 i 6 z pakietu 7 do odrębnego zadania, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców i tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność oferty. Pragniemy również podkreślić, iż opisane rękawice z powyższej pozycji są wykorzystywane do zupełnie innych procedur.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ**

#### **Zadanie 7**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu weryfikacji dopuści potwierdzenia parametrów zaoferowanych rękawic Kartą techniczną dystrybutora/dokumentem producenta? Pragniemy zauważyć, że Kartę Techniczną wystawia się na podstawie szeregu licznych testów dla wielu serii, nie tylko jednej jak w przypadku raportu i dzięki temu deklaruje powtarzalność parametrów dla wszystkich stosowanych przez użytkownika rękawic.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Zadanie 7, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych polimeryzowanych od strony wewnętrznej, zewnątrz mikroteksturowanych, o grubości na dłoni min.  $0,20 \pm 0,01$  mm, o długości wynoszącej min.  $290 \pm 6$  mm. Odporne na przenikanie min. 13 cytostatyków. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65 oraz obniżony poziom protein wynoszący  $\leq 10$  µg/g. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Zadanie 7, poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic chirurgicznych antyalergicznym bezpudrowych, kremowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Grubość na palcu min. 0,21 mm, na dłoni min. 0,19 mm, na mankiecie min. 0,16 mm. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65, opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiety rolowane z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Zadanie 7, poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic neoprenowych w kolorze antyrefleksyjnym, syntetycznej powłoki polimerowej, wewnątrzpowierzchni ułatwiającej zakładanie i suszenie. Powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana dla procedur wymagających podwyższonej chwytności. Mankiety dodatkowo wzmocnione rolowanym brzegiem ze strefą adhezyjną. Grubość na palcu 0,23 mm, na dłoni 0,20 mm, na mankiecie 0,18 mm. Długość ok. 300 mm. Siła zrywania przed/po starzeniu min. 13N/14N. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**



# Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

## Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 16.10.2017r.

### **Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku Sprawa SAG ZP-17/2017**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga**

#### **dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga**

#### **dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga**

#### **dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### **Zadanie nr 1 poz. 46**

Prosimy aby Zamawiający wyłączył tą pozycję i utworzył z niej osobny pakiet co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych i korzystniejszych ekonomicznie ofert na ten pakiet?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ**

#### **dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga**

#### **dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga**

#### **dotyczy SIWZ**

Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych przez nich wyrobów w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W związku z tym czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów wymogów? W załączeniu przykładowe wytyczne jednego z największych producentów przyrządów infuzyjnych,





# Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

## Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

przedłużaczy do pomp, strzykawek na terenie Polski.

### **Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga**

#### **Zadanie nr 1 poz. 45**

Prosimy aby Zamawiający wyłączył tę pozycję i utworzył z niej osobny pakiet co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych i korzystniejszych ekonomicznie ofert na ten pakiet?

### **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ**

#### **dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

### **Odpowiedź: Zwyczajowo przyjęte jest, że dostawca pomaga przy rozładunku dostarczanego towaru**

#### **dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi

### **Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga**

#### **dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedyicznymi.

### **Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga**

#### **Zadanie nr 1 poz. 9, 10**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co rozumie pod pojęciem igły aspiracyjnej z centralnym ścięciem? Do jakich zabiegów lub czynności mają być używane te igły?

### **Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że igły aspiracyjne będą służyły zgodnie ze swoim przeznaczeniem do podawania płynów i leków**

#### **Zadanie nr 1 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji igły bezpieczne z elementem bezpieczeństwa w kolorze odpowiadającym rozmiarowi 0,4x20; 0,7x40, 0,8x40 a/100szt.??

### **Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Zadanie nr 1 poz. 13**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji zaworu bezigłowego z przezroczystą membraną czy z membraną nieprzezroczystą?

### **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przezroczystą membranę**

#### **Zadanie nr 1 poz. 13**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji zaworu bezigłowego z 2 kolorami membrany w tym jedną w kolorze czerwonym (do oznaczenia linii tętnicznej)?

### **Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Zadanie nr 1 poz. 13**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji zaworu charakteryzującego się przepływem do 600ml/min i wytrzymałością do 20 barów?

### **Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Zadanie nr 1 poz. 44**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji podwójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczem na drenie objętość wypełnienia 0,34ml, zawór wykonany z polipropylenu i silikonu, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 9-10 cm, objętość wypełnienia 0,34ml, wymagana ilość aktywacji 720 (360 użyć lub 7 dni), sterylizowany tlenkiem etylenu?

### **Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Zadanie nr 1 poz. 33**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji kranika trójdzielnego wyczuwalny i optycznym oznaczeniem kierunku przepływu?



# Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

## Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

### **Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Zadanie nr 1 poz. 45**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji potrójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczem na drenie objętość wypełnienia 0,34ml, zawór wykonany z polipropylenu i silikonu, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 9-10 cm, wymagana ilość aktywacji 720 (360 użyć lub 7 dni), sterylizowany tlenkiem etylenu?

### **Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Zadanie nr 1 poz. 36**

Czy Zamawiający poprzez opis przedmiotu zamówienia ma na myśli strzykawkę 100 ml cewnikową z końcówką ściętą pod kontem, zmniejszającą ryzyko uszkodzenie ciała pacjenta np. podczas płukania ucha?

### **Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### **Zadanie nr 1 poz. 44**

Prosimy aby Zamawiający wyłączył tę pozycję i utworzył z niej osobny pakiet co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych i korzystniejszych ekonomicznie ofert na ten pakiet?

### **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ**

#### **Zadanie nr 1 poz. 46**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji kolca do fiolek i butelek w budowę którego wchodzi filtry bakteryjne i cząsteczkowy?

### **Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Zadanie nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji fartuch ochronny w rozmiarze uniwersalnym?

### **Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Zadanie nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji fartuch ochronny pakowany w opakowanie a'100szt. z możliwością wyjmowania pojedynczej sztuki z opakowania?

### **Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Zadanie nr 5 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji fartuch ochronny w rozmiarze uniwersalnym?

### **Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Zadanie nr 5 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji fartuch ochronny pakowany w opakowanie a'100szt. z możliwością wyjmowania pojedynczej sztuki z opakowania?

### **Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Zadanie nr 5 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji miski nerkowate z pulpy celulozowej j.u. nieprzepuszczalne przez min 4 godziny? Nieprzepuszczalność przez wymieniony przez Zamawiającego okres czasu czyli 24 godziny charakterystyczne są dla wyrobów produkowanych z tworzyw sztucznych a więc wyrobów wielorazowych.

### **Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy poz. 3**

#### **Zadanie nr 5 poz. 14**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji rurek intubacyjnych z mankietem pakowanych w opakowania posiadające zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu?

### **Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Zadanie nr 5 poz. 14**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji rurek intubacyjnych z mankietem silikonowanych?

### **Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Zadanie nr 5 poz. 20, 21**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach rurek ustno-gardłowych Guedel'a pakowanych w opakowanie folia-papier?

### **Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Zadanie nr 5 poz. 24**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji rurek intubacyjnych zbrojonych z mankietem pakowanych w opakowania posiadające zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu?



# Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

## Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

### Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

#### **Zadanie nr 5 poz. 22**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji drenu tlenowego pakowanego w opakowanie folia-papier?

### Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

#### **Zadanie nr 6 poz. 2, 4**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach wyrobów oryginalnych czy zamienników?

### Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

#### **Zadanie nr 7 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji **rękawice diagnostyczne jałowe**, syntetyczne, nitylowe bezpydrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiety rolowane, rozmiar od S do XL, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, długość rękawicy minimum 240mm, grubość na palcu minimum 0,09mm, grubość na dłoni minimum 0,06mm, bez protein lateksu, AQL 1,5, zgodne z normą EN 455 (1-4), oznakowane datą ważności i numerem serii.

### Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

#### **Zadanie nr 7 poz. 5**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji rękawic diagnostycznych czy chirurgicznych – wymóg jałowości rękawic występuje raczej przy rękawicach chirurgicznych?

### Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

#### **Zadanie nr 9 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji filtr oddechowy wirusowo-bakterjobójczy z wymiennikiem ciepła i wilgoci jałowy dla dorosłych, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, j.u., objętość płytowa 300-1500ml, objętość wewnętrzna 93ml, przezroczysta obudowa, port do kapnografii, czas działania ok 24 h?

### Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

#### **Zadanie nr 9 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji maski tlenowe do nebulizatora z drenem o długości min. 200cm, sterylne?

### Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

#### **Projekt umowy**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy i dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT.

W najbliższym roku nastąpi prawdopodobnie podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z obecnych 8% na 23%. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE. Zgodnie z tą Dyrektywą na wyroby medyczne nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej. W ostatnich latach w myśl tych samych przepisów, podniesiony został VAT na ubrania dla dzieci.

Podniesienie stawki VAT o 15 %, przy aktualnych projekcie umowy, jest dla większości dystrybutorów sprzętu medycznego niemożliwe do zaakceptowania, przy obecnych zasadach jakie stosuje się przygotowując wycenę do przetargu. Średnie marża w przetargu wynosi 5-10%. Podniesienie stawki VAT o 15% , przy konieczności utrzymania ceny brutto na niezmiennym poziomie spowoduje, że przez część trwania umowy przetargowej, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Żadna z firm nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym już teraz, będzie musiała w kalkulować ewentualną podwyżkę podatku, w przygotowywaną ofertę. To rozwiązanie z kolei jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości szacunkowych jakie zostały przeznaczone na realizację zamówienia, jak również uzyskanie wyższych cen już od początku trwania umowy przetargowej.

Dlatego też, jak we wstępie, prosimy o wyrażenie zgody na zmianę ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT, bądź wprowadzenie do umowy innego, kompromisowego zapisu, który pozwalałby w równym stopniu zabezpieczyć interesy obu stron.

### Odpowiedź: Zapis taki widnieje w Projekcie umowy w §7 ust. 12 lit. e) , który stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ



# Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

## Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008 Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet [www.szpgin.kielce.pl](http://www.szpgin.kielce.pl)

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 16.10.2017r.

### **Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku**

#### **Sprawa SAG ZP-17/2017**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pakiet 3 pozycja 7**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus ureus, Hepatitis Ci HIV, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, utracie wilgotności 8,0 g H<sub>2</sub>O przy Vt 500ml, przestrzeni martwej 85 ml, oporach przepływu 2,0 cmH<sub>2</sub>O przy przepływie 50l/min, medium filtracyjne z włókien ceramicznych, hydrofobowe, harmonijkowe, waga 47 g, filtr ze złączem prostym, sterylizowany radiacyjnie, z portem kapno z korkiem luer-lock na uwięzi z możliwością stosowania do 48 godzin, złącza 15F – 22F/22M, Instrukcja dostępna w opakowaniu zbiorczym.

#### **Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

2/ W przypadku dopuszczenia powyższego filtra z uwagi na możliwość jego stosowania przez 48h w celu uzyskania konkurencyjnej oferty zwracamy się do Zamawiającego o możliwość przeliczenia ceny zaoferowanego produktu odnoszącej się do 24 godzinnego okresu życia.

#### **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ**

3/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie klinicznie alternatywnego rozwiązania w postaci filtra elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej 99,99%, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H<sub>2</sub>O/l przy Vt =500ml, medium frakcyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 77 ml, opory przepływu 2,3 cmH<sub>2</sub>O przy przepływie 60l/min, objętość oddechowa Vt 300-1000 ml, waga 24g, filtr ze złączem prostym, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, instrukcja dostępna w opakowaniu zbiorczym.

#### **Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Pakiet 9 pozycja 1**

1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby maski anestetyczne były kompatybilne ze środowiskiem MRI?

#### **Odpowiedź: Zamawiający nie posiada pracowni MRI**

#### **Pakiet 9 pozycja 2**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego bakteryjno-wirusowego, mikrobiologicznie czystego, z wkładem hydrofobowym z wymiennikiem ciepła i wilgoci, j.u., objętość oddechowa Vt 120-750 ml, przestrzeń martwa 34 ml, filtr ze złączem prostym, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, czas działania 24 h.

#### **Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Pakiet 9 pozycja 3**

1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zestawu do nebulizacji ciągłej bez szkodliwych substancji: DEHP i BPA potwierdzonych na oryginalnym opakowaniu producenta?

#### **Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zestaw ma umożliwiać podłączenie do urządzeń wymagających łączników standardowych i/lub gwintowanych?

#### **Odpowiedź: Zestaw do podłączenia wymagający łączników standardowych**

#### **Pakiet 9 pozycja 4**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej z nebulizatorem i drenem o dł. 210cm spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

#### **Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga nebulizatora o następujących parametrach: przeciętna średnica cząstek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%) - potwierdzonych w badaniach producenta?

#### **Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**