



POWIAT  
KIELECKI



# Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

## Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

[szpitalprosta.pl](mailto:szpitalprosta.pl) e-mail: [szpital@szpgin.kielce.pl](mailto:szpital@szpgin.kielce.pl)

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 19.09.2019r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  
na zakup i dostawę odczynników, kalibratorów, kontroli wraz z dzierżawą dwóch analizatorów  
w postaci zintegrowanej platformy biochemiczno-immunologicznej  
Sprawa SAG ZP-12/2019**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Przedmiot zamówienia:**

1. Dotyczy pkt. 2 par. 2 projektu umowy

Czy w związku z faktem, iż termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert Zamawiający wyrazi zgodę aby czas dostawy towaru, w przypadku jego chwilowego braku, wynosił max. 14 dni od chwili powiadomienia Zamawiającego o jego braku?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

2. Dotyczy: Formularza asortymentowo-cenowego, Biochemia poz. 21

Po nazwie badania „Magnesium” Zamawiający umieścił znak „\*\*\*”. Niestety nie doszukaliśmy się miejsca w dalszej części formularza, co gwiazdki oznaczają.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to błąd pisarki, którego nie należy brać pod uwagę**

3. Dotyczy: Formularza asortymentowo-cenowego, Immunochemia poz. 22

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby badanie „Phenobarbital” było wykonywane w części biochemicznej platformy biochemiczno-immunochemicznej ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

4. Dotyczy: Warunki graniczne analizatora biochemicznego wchodzącego w skład zintegrowanej platformy biochemiczno-immunochemicznej, poz. 25

Czy Zamawiający dopuszcza, aby moduł ISE zawierający elektrody jonoselektywne występował w postaci zintegrowanej i był wymieniany w całości w przypadku zużycia?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

5. Dotyczy: Warunki graniczne analizatora immunochemicznego wchodzącego w skład zintegrowanej platformy biochemiczno-immunochemicznej, poz. 35

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby stabilność kalibracji badania Rubella IGG wynosiła 22 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**