



POWIAT  
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum  
Matki i Noworodka  
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

[szpitalprosta.pl](http://szpitalprosta.pl)

e-mail: [szpital@szpgin.kielce.pl](mailto:szpital@szpgin.kielce.pl)

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 11.09.2019r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  
na zakup i dostawę wysokiej klasy ginekologicznego cyfrowego aparatu USG i  
neonatologicznego aparatu USG  
Sprawa SAG ZP-10/2019**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Dotyczy SIWZ, Rozdział XV**

1. Prosimy o sprostowanie zapisu, dotyczącego terminu otwarcia ofert – czy Zamawiający potwierdza, że otwarcie ofert, złożonych w przedmiotowym postępowaniu odbędzie się **16.09.2019, godz. 10.30?**

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że otwarcie ofert odbędzie się 16.09.2019r. o godz. 10.30, poprawiono w SIWZ omyłkę pisarską.**

**Dotyczy Załącznik nr 2, Zadanie nr 2 – Neonatologiczny aparat USG**

**2. Pkt. 65 Gwarancja na głowice przepływową min. 12 miesięcy**

Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie punktu czy Zamawiający określając „Gwarancja na głowice przepływową” miał na myśli zaoferowane do aparatu usg głowice ?

**Odpowiedź: Zamawiający prosi o podanie terminu gwarancji, na głowice wymagane w opisie przedmiotu zamówienia bez głowicy przepływowej**

**3. Pkt 91 i pkt 71 -** Zamawiający w rozdz. I OPZ i §3 Wzoru Umowy oczekuje czasu reakcji serwisu do 48h oraz definiuje dopuszczalny czas naprawy urządzenia. Prosimy więc o potwierdzenie, że zaistniała pomyłka pisarska i treści punktów powinny brzmieć: „Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (przyjęte zgłoszenie, podjęcie naprawy) maksymalnie 48 godzin (dni robocze).”

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**4. Pkt 72 oraz §3 ust. 9 Wzoru Umowy dla zadania 2.** Czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie czasu naprawy do 5 dni roboczych od podjęcia naprawy? Część napraw oferowanego urządzenia wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicznych fabryk producenta, a procesy logistyczne wydłużają czas naprawy. Czy w przypadku zgody na wydłużenie czasu naprawy do 5 dni roboczych Zamawiający zaakceptuje również dostarczenie urządzenia zastępczego dla napraw powyżej 5 dni roboczych od podjęcia naprawy?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Dotyczy Załącznik nr 6, Wzór umowy**

**5. Dot. §3 ust. 11 Wzoru Umowy oraz SIWZ, Rozdział I Opis Przedmiotu Zamówienia** Urządzenie, które Wykonawca chce zaoferować w postępowaniu jest urządzeniem nowoczesnym, dla którego producent zaleca wykonanie tylko jednego przeglądu na rok eksploatacji. Czy w związku z tym Zamawiający zaakceptuje 1 bezpłatny przegląd techniczny przed upływem terminu gwarancji (w ostatnim miesiącu gwarancji)? Utrzymanie wymogu przeprowadzenia dwóch przeglądów będzie miało wpływ na wysokość ceny oferowanego urządzenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**



POWIAT  
KIELECKI



# Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

## Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

[szpitalprosta.pl](mailto:szpitalprosta.pl)

e-mail: [szpital@szpgin.kielce.pl](mailto:szpital@szpgin.kielce.pl)

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

**6. Dot. §3 ust. 15 Wzoru Umowy dla zadania 2.** Urządzenie, które wykonawca chce zaoferować jest urządzeniem, w którym zabezpieczeniu podlega system operacyjny oraz zaawansowane funkcje diagnostyczne i serwisowe ultrasonografu, których niewłaściwe użycie może mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkownika i bezpieczeństwo danych przechowywanych na dysku urządzenia. W związku z odpowiedzialnością producenta wynikającą z uzyskania certyfikatu CE, producent jest zobowiązany do ochrony urządzenia przed jakimikolwiek obcymi modyfikacjami i nie może usuwać takich zabezpieczeń dla spełnienia wymogów kupujących. W przypadku zaniechania takiej ochrony ani producent, ani jednostka notyfikująca certyfikat CE, nie mogłyby też zagwarantować bezpieczeństwa użytkownika aparatu. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że wspomniane zabezpieczenia nie ograniczają jednak w żaden sposób możliwości prowadzenia czynności konserwacyjnych i podstawowej diagnostyki wraz z wymianą części zamiennych. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się odstąpić od obowiązku Wykonawcy do nieodpłatnego udostępnienia Zamawiającemu kodów serwisowych i innych zabezpieczeń urządzenia?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**7.** Czy w związku z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO) Zamawiający rozważy zawarcie dodatkowej umowy regulującej bezpieczeństwo danych podczas czynności serwisowych wykonywanych przez serwis Wykonawcy w miejscu instalacji bądź zdalnie poprzez sieć komputerową, której wzór będzie przesłany Zamawiającemu w przypadku wyboru złożonej oferty, oraz czy zgodzi się na przyłączenie oferowanego urządzenia do sieci komputerowej z dostępem do sieci zewnętrznej Internet o przepustowości łącza na poziomie min. 512 Kbit/s., co umożliwi Wykonawcy zdalną diagnostykę i ewentualną naprawę urządzenia?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie dodatkowej umowy regulującej bezpieczeństwo danych podczas czynności serwisowych, oraz wyraża zgodę na przyłączenie oferowanego urządzenia do sieci komputerowej**