



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 14.11.2019r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego
na zakup i dostawę pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora
Sprawa SAG ZP-15/2019**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Dot. p. 4: Prosimy o informację, czy ze względu na bezpieczeństwo wydawanych wyników, analizator ma być wyposażony w funkcję automatycznej weryfikacji paska pod kątem wcześniejszej ekspozycji na wilgoć i w przypadku wykrycia ryzyka takiej ekspozycji poinformować operatora i zatrzymać wykonywanie badań?

Odpowiedź: Tak

2. Dot. p. 6: Prosimy o informację, czy aparat ma w sposób automatyczny rozróżniać typ podawanego do analizatora paska, na podstawie specjalnego pola zakodowanego na pasku?

Odpowiedź: Tak

3. Dot. p. 14: Czy Zamawiający zapewnia komputer do instalacji sterownika do oprogramowania Prometeusz po swojej stronie? Czy Zamawiający zapewnia po swojej stronie czytnik kodów kreskowych?

Odpowiedź: Tak