



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 24.04.2017r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę
rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych oraz pozostałego asortymentu medycznego
Sprawa SAG ZP-07/2017**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zadanie 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej serwety z 2-warstwowego laminatu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 5 poz. 2,3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli o następujących parametrach:

- Wykonana z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²
- Rękaw krótki, wiązana na troki przy szyi i w pasie
- Dostępna w rozmiarach S, M, L, XL, XXL
- Jednorazowego użytku
- Kolor - niebieski
- Niejałowa

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 25.04.2017r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych oraz pozostałego asortymentu medycznego Sprawa SAG ZP-07/2017

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zadanie 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu min. 0,12 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic winylowych posiadających certyfikat jednostki niezależnej zgodnie z normą EN 374 część 1-3:2003 o poziomie 6 przenikania dla NaOH 40%

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic w opakowaniu foliowym hermetycznym

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Zadanie 1 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,20mm i dłoni 0,19mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Zadanie 1 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL $\leq 1,0$

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Zadanie 1 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic chirurgicznych antyalergicznymi, bezpudrowych, koloru brązowego, półsyntetycznych, lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych o grubości na palcu 0,23 mm i dłoni 0,21. Siła zrywu przed starzeniem 14N. Zewnętrzne opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu weryfikacji dopuści potwierdzenia parametrów zaoferowanych rękawic kartą techniczną dystrybutora/ dokumentem producenta? Pragniemy zauważyć, że Kartę Techniczną wystawia się na podstawie szeregu licznych testów dla wielu serii, nie tylko jednej jak w przypadku raportu i dzięki temu deklaruje powtarzalność parametrów dla wszystkich stosowanych przez użytkownika rękawic.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 2 poz. 1-2

Prosimy o dopuszczenie błon obustronnie krytych emulsją światłoczułą

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 2 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie startera o objętości 0,5l z odpowiednim przeliczeniem ilości

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 25.04.2017r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych oraz pozostałego asortymentu medycznego Sprawa SAG ZP-07/2017

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pakiet 1, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu fabrycznej informacji na opakowaniu dotyczącej zawartości protein lateksu. Maksymalna ilość protein lateksu dla rękawic medycznych określone jest w normie EN 455, której spełnienie jest potwierdzone piktogramem na opakowaniu, a konkretne wartości przedstawione są w raporcie z badań przeprowadzonych według tej normy, który to zostanie dołączony do oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Pakiet 1 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic przebadanych na 3 substancje chemiczne wg. EN374-3.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Pakiet 1 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic przebadanych na 8 substancji chemicznych (bez cytotatyków) wg. normy EN 374-3.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Pakiet 1 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o grubości na dłoni 0,18-0,19mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Pakiet 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przedstawienia badań na przenikanie substancji chemicznych wg. normy EN 374-3 i badań na przenikalność wirusów wg. normy ASTM F 1671 z 2014 lub 2015r. Takie badania przeprowadza się jednokrotnie dla danej marki rękawic i są one aktualne w całym okresie rejestracji wyrobu medycznego. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o dopuszczenie:

- w pakiecie 1 pzo. 1 – Badania wg. ASTM F 1671 z 2013r.

- w pakiecie 1 poz. 2 – Badania wg. ASTM F 1671 z 2012r.

- w pakiecie 1 poz. 3 – Badania wg. normy EN 455 z 2015r, certyfikat badania wg normy EN 374 z 2011r., badania wg. ASTM F 1671 z 2009r.

- w pakiecie 1 poz. 4 – Badania wg. ASTM F 1671 z 2013r.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008 Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 25.04.2017r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę
rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych oraz pozostałego asortymentu medycznego
Sprawa SAG ZP-07/2017**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zadanie 4, pozycja 1-4

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system angielskiej marki, pod warunkiem doposażenia, na czas umowy, w kompatybilne kanistry i mocowniki? Oferowany system jest najnowocześniejszy na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24H (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi)?

Oferowany system charakteryzuje się okrągłymi pojemnikami bez żadnych przyłączy (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. System Vacsax posiada uniwersalnym gładki, rozszerzający się króciec przyłączeniowy do pacjenta, kompatybilny z drenami o różnej średnicy, nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści uchwyty metalowe (bardziej trwałe), kompatybilne z zaczepem oferowanych pojemników wielorazowego użytku?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ