



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008 Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 11.01.2017r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów syntetycznych do naprawy statyki narządu rodnego
Sprawa SAG ZP-01/2017**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zadanie nr 2 – Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w zadaniu nr implant o parametrach równoważnych w zakresie jego przeznaczenia, a mianowicie: taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonana z polipropylenu monofilamentowego, grubość nici 0,15mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, brzegi taśmy zakończone pętelkami, taśma w plastikowej osłonce, co obniża traumatyzację tkanek podczas przeciągania, grubość taśmy 0,34mm, gramatura 45g/m² (gramatura 85g/m² jest zbyt duża, taśma bardzo toporna, sztywna, wolniejsze gojenie w tkankach, gorsze efekty pooperacyjne), zagęszczenie oczek 50-55%, wytrzymałość na rozciąganie min. 90N, szerokość 11 mm, długość 450 mm, wielkość porów 1x1,25mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 12.01.2017r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów syntetycznych do naprawy statyki narządu rodnego
Sprawa SAG ZP-01/2017**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2:

Taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowa, monofilamentową z plastikową osłonką, jednorodną, niewchłaniającą, długość 45cm, szerokość 1,1 cm, porowatość 84%, porowatość średnia 1000µm, max. 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08mm, gramatura 48g/m², wytrzymałość na rozciąganie 68-70N/cm, wykonana w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 13.01.2017r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów syntetycznych do naprawy statyki narządu rodnego
Sprawa SAG ZP-01/2017**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Dot. asortymentu:

Zadanie 2:

Czy Zamawiający dopuści taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet o następujących parametrach:

1. Materiał - polipropylen monofilamentowy o grubości nici 0,16 mm
2. Taśma bez plastikowej osłonki, brzegi zakończone pętelkami
3. Grubość taśmy ok. 0,54mm
4. Gramatura około 67 g/m²
5. Maksymalna wielkość porów – 4,1mm x 1,2mm / przy porowatości 67%
6. Wytrzymałość na rozciąganie min. 90N
7. Taśma dziana na całej długości z atraumatycznymi brzegami nie wymagająca osłonki

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ

Zapytania dot. umowy:

1. Czy Zamawiający dopuści obniżenie kar umownych do 7 % niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy – par. 5 ust. 1a) ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapis regulujący możliwość zmiany cen brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT został zamieszczony w §7 ust. 1 lit. e) projektu umowy, który stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ

3. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 16.01.2017r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów syntetycznych do naprawy statyki narządu rodowego Sprawa SAG ZP-01/2017

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 – dotyczy kryteriów oceny ofert

Ustanowione w przedmiotowym postępowaniu kryteria oceny ofert tj. 60% wagi – cena, 40% wagi – termin płatności nie czynią zadość wymogą ustanowionym w art. 91 ust. 2 Pzp. Zgodnie z dyspozycją powyższego przepisu kryteria oceny winny dotyczyć w szczególności:

- jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne;
- aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników;
- aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia;
- aspekty innowacyjne;
- organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;
- serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.

W ocenie wykonawcy za błędne należy uznać całkowite pominięcie kryterium dotyczącego jakości lub innowacyjności oferowanego przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ich wpływu na poziom udzielanych świadczeń. W związku z powyższym wnosimy o modyfikację treści siwz i wprowadzenie kryteriów dotyczących jakości lub innowacyjności.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 1, 2

Wykonawca zwraca się o sprecyzowanie czy wymóg dostarczenia jednorazowych narzędzi odnosi się do wszystkich pozycji wyszczególnionych w zadaniu czy też dotyczy przedmiotu zamówienia wskazanego w pozycjach nr 1 i 2 . jednocześnie wnosimy o dopuszczenie przedmiotu zamówienia zawierającego w zestawie wysokiej jakości narzędzia jednorazowe spełniające między innymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U.13.969).

Odpowiedź: Narzędzia jednorazowe dotyczą przedmiotu zamówienia w poz. nr 1 i 2. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 16.01.2017r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów syntetycznych do naprawy statyki narządu rodnego Sprawa SAG ZP-01/2017

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 do Zadania 1/P1

Czy Zamawiający dopuszcza system niebieskiej-widocznej w cystoskopii siatki zakładanej drogą jednego nacięcia, drogą przezpochwową o bazie siatki równej 5 cm z ramionami o długości 5 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2 do Zadania 1/P1

Czy Zamawiający dopuszcza system siatki wraz z urządzeniem Capio Slim, ułatwiającym zaczepienie zestawu siatki w okolicy więzadła krzyżowo- kolcowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 1 do Zadania 1/P2

Czy Zamawiający dopuszcza system niebieskiej siatki o kształcie litery Y, składającej się z dwóch ramion waginalnych oraz jednego ramienia krzyżowego, która może być wprowadzana laparoskopowo czy też przez laparotomię?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2 do Zadania 1/P2

Czy Zamawiający dopuszcza siatkę o gramaturze 25 g/m2, wielkości porów 2,8 mm2, gęstości 200 mikronów i o sile na rozciąganie równej 17 N?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 1 do Zadania 1/P3

Czy Zamawiający dopuszcza system niebieskiej-widocznej w cystoskopii siatki zakładanej drogą jednego nacięcia, drogą przezpochwową o bazie siatki równej 5 cm z ramionami o długości 5 cm z urządzeniem, ułatwiającym zaczepienie zestawu siatki w okolicy więzadła krzyżowo-kolcowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 1 do Zadania 1/P4

Czy Zamawiający dopuszcza taśmę światowego Lidera na rynku- Boston Scientific- z plastikową osłonką na całej jej długości 44 cm, zakończoną pętelkami; o szerokości 1,1 cm, grubości 0,66 mm i gramaturze 100 g/m2 z wielkością porów 1182 um oraz z dwoma igłami, zakończonych mechanizmem zabezpieczającym przed wysunięciem się pętelek o innych wymiarach niż 3,25 i 4 mm średnicy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2 do Zadania 1/P4

Czy Zamawiający dopuszcza system do wprowadzania wyłącznie drogą out- in?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 1 do Zadania 2/P1

Czy Zamawiający dopuszcza niebieską taśmę światowego Lidera na rynku- Boston Scientific- o długości 22 cm z 4cm częścią podcwkową bez osłonki plastikowej, a z krawędziami wygładzonymi zabezpieczającymi przed podrażnieniami, zakończoną pętelkami; o szerokości 1,1 cm, grubości 0,66 mm i gramaturze 100 g/m2 z wielkością porów 1182 um, grubością nici 0,15 mm oraz z dwoma igłami, zakończonych mechanizmem zabezpieczającym przed wysunięciem się pętelek ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2 do Zadania 2/P1

Czy Zamawiający dopuszcza system do wprowadzania wyłącznie drogą out- in?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 16.01.2017r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów syntetycznych do naprawy statyki narządu rodnego

Sprawa SAG ZP-01/2017

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Dotyczy zadania 1

LP 1 – czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt marki Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci siatki Uphold LITE stosowanej w uszkodzeniach poziomu I i II wg. DeLancey. Wraz z siatką dostarczone jest atraumatyczne, ergonomiczne, najlżejsze na rynku, urządzenie do mocowania szwów Capiro (szerokość główki do mocowania 6,3mm, średnica trzonu 3,0mm, średnica nośnika 1,2mm, waga urządzenia 38,2g). Siatka posiada 2 ramiona osłonięte rękawami w celu łatwiejszego montażu oraz zakończona jest atraumatycznymi rozszerzaczami. Wielkość porów 2,8mm², waga siatki (g/m²) 25, średnica włókna 100 mikronów, długość włókna (cm/cm²)35,4, odkształcalność siatki 0,53N, grubość 200 mikronów, długość siatki 5,1cm, długość ramion 5 cm, całkowita powierzchnia wz ramionami wynosi 34cm²? Czy w celu stworzenia konkurencyjnej cenowej oferty zamawiający może wyłączyć wyżej wymieniony produkt do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

LP 2 – czy zamawiający dopuści do postępowania produkt marki Boston Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci siatki Pinnacle LITE służącej do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy o wadze siatki (g/m²) 25 zbudowanej z polipropylenu typu I, monofilamentowej wraz z urządzeniem do mocowania szwów Capiro (szerokość główki do mocowania 6,3mm, średnica trzonu 3,0mm, średnica nośnika 1,2mm, waga urządzenia 38,2g)? Czy w celu stworzenia konkurencyjnej cenowej oferty zamawiający może wyłączyć wyżej wymieniony produkt do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

LP 3 - czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt marki Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci siatki Uphold LITE stosowanej w uszkodzeniach poziomu I i II wg. DeLancey. Wraz z siatką dostarczone jest atraumatyczne, ergonomiczne, najlżejsze na rynku, urządzenie do mocowania szwów Capiro (szerokość główki do mocowania 6,3mm, średnica trzonu 3,0mm, średnica nośnika 1,2mm, waga urządzenia 38,2g). Siatka posiada 2 ramiona osłonięte rękawami w celu łatwiejszego montażu oraz zakończona jest atraumatycznymi rozszerzaczami. Wielkość porów 2,8mm², waga siatki (g/m²) 25, średnica włókna 100 mikronów, długość włókna (cm/cm²)35,4, odkształcalność siatki 0,53N, grubość 200 mikronów, długość siatki 5,1cm, długość ramion 5 cm, całkowita powierzchnia wz ramionami wynosi 34cm²? Czy w celu stworzenia konkurencyjnej cenowej oferty zamawiający może wyłączyć wyżej wymieniony produkt do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

LP 4 - czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt marki Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci taśmy do nietrzymania moczu Obtryx, zakładanej „outsider – insi de”, złożonej z polipropylenu typu I, monofilamentowego, długości 44 cm, szerokości 1,1 cm, grubości siatki 0,66mm, średnicy włókna 0,15mm, wielkość porów 1182 mikro metrów, końce siatki zgrzewane w części centralnej na długości 4cm, w pozostałej części siatka wykazuje dużą elastyczność. Taśma pokryta jest łatwo usuwalnymi rękawami w celu łatwiejszej implantacji. Każda taśma dostarczona jest z systemem igieł typu „halo” bądź zakrzywionego. Czy w celu stworzenia konkurencyjnej cenowej oferty zamawiający może wyłączyć wyżej wymieniony produkt do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008 Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Pytanie 5

Dotyczy zadania 2

LP1 - czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt marki Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci taśmy do nietrzymania moczu Advantage Fit:

- Taśma urologiczna 100% polipropylenowa, monofilamentowa,
- całkowicie niewchłaniałna,
- o porowatości 1182µm oraz grubości 0,66mm,
- brzegi taśmy w części podcewkowej wygładzone – zgrzewane na gorąco na odcinku taśmy 4cm, mające na celu potencjalną redukcję podrażnień przedniej ściany cewki oraz zmniejszenie ryzyka deformacji siatki i utrzymanie jej integralności podczas naprężenia; na pozostałej części taśmy brzegi niezgrzewane dla lepszego zakotwiczenia w tkance,
- rozmiar włókna 0,15mm,
- plastikowe osłonki na taśmie, ułatwiające jej przeprowadzenie oraz chroniące niewygładzone brzegi taśmy, pomagające w prawidłowym zakotwiczeniu w tkance, przed uszkodzeniem,
- niebieska wypustka środkująca identyfikująca środek siatki oraz pomagająca w prawidłowym naprężeniu taśmy,
- o wygładzone pszerzaczce zapewniające bezproblemowe przeprowadzenie taśmy,
- taśma dostarczana wraz z jednorazowym elementem wprowadzającym o ergonomicznym uchwycie, średnicy igły 2,7mm, oraz kącie zakrzywienia igły równym 105 st. Pozwalającym na przeprowadzenie taśmy bliżej kości łonowej oraz zmniejszenie siły wprowadzenia taśmy,
- taśma przeznaczona do leczenia nietrzymania moczu u kobiet metodą TVT.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ