



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 19.02.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Pracowni Mikrobiologii
Sprawa SAG ZP-02/2018**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Projekt umowy, załącznik nr 6 do SIWZ

1. (§7 ust. 1 litera e) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?

Odpowiedź: Zamawiający zamieścił taki zapis w §7 ust. 1 lit. e).

2. (§7 ust. 1 litera e) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również ale tylko w przypadku wskazanym w pytaniu

3. (§7 ust. 1 litera e) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również ale tylko w przypadku wskazanym w pytaniu

4. (§5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

5. (§5 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od wartości niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstępienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

6. (§5) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

7. (§3) Czy zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

8. (§4) Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

9. Czy Zamawiający może określić, jeżeli przewiduje, **maksymalny okres czasu, na który może zostać aneksowana umowa?** Uzasadnienie: Sugerujemy maksymalnie kwartał, gdyż przy umowach długoterminowych istnieje konieczność ponownej weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę cen z powodu wzrostu cen zakupu u dostawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić takiego okresu



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

10. (§7 ust. 1 litera c) Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 19.02.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Pracowni Mikrobiologii
Sprawa SAG ZP-02/2018**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579)

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy zadania 2:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków w poz. 3 i 4 od innego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 oksydazy w formie pasków?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, że wszystkie krążki muszą mieć identyczne warunki przechowywania od -20°C do $+8^{\circ}\text{C}$? Niektóre substancje aktywne dłużej zachowują swoje właściwości (aktywność), gdy przechowywane są w temperaturze -20°C .

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia pozytywnej opinii KORLD dla krążków i pasków gradientowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

5. Zgodnie z wytycznymi EUCAST obowiązującymi od 01.04.2011 również w Polsce, na okrągłej płytce z podłożem o średnicy 90 mm nie może być położone więcej niż 6 krążków z antybiotykiem. Również w zaleceniach NCCLS jest jednoznaczne stwierdzenie, że krążki muszą być tak ułożone aby odległość między nimi (mierzone od środków krążków) nie była mniejsza niż 24 mm. Ten podstawowy warunek prawidłowego pomiaru strefy zahamowania pomiaru nie może być spełniony przy nałożeniu dyspenserem 8-u krążków na płytkę z podłożem o średnicy 90 mm.

Pytanie: Czy zatem w oparciu o powyższe zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wyłącznie dyspenserów 6-cio pozycyjnych jako zgodnych z obowiązującymi przepisami w miejsce dyspenserów 8-o pozycyjnych, których stosowanie do klinicznych celów diagnostycznych nie jest wskazane?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

6. Czy Zamawiający dopuści w poz. 13 testy do określania MIC wykonane na standardowym podłożu celulozowym? Zgodnie z informacją producenta testy te zapewniają prawidłowe przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (nośnik ten, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalny dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie antybiotyku do podłoża. Ponadto wg najnowszych zaleceń KORLD dopuszczalne jest stosowanie testów MIC zarówno na podłożu bibułowym jak i plastikowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 21.02.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Pracowni Mikrobiologii
Sprawa SAG ZP-02/2018**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Dotyczy: zadanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 19 i 20 saszetek konfekcjonowanych po 20 sztuk w opakowaniu z opcją przeliczenia na wymaganą przez Zamawiającego ilość.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Dotyczy: zadanie nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania testów manualnych do oceny lekowrażliwości grzybów: Candida sp, Aspergillus sp i Cryptococcus metodą mikrorozcieńczeń w postaci prostych do wykonania zestawów (mikropłytek testowych) do odczytu oraz interpretacji – umożliwiających ocenę lekowrażliwości grzybów na powszechnie stosowane leki przeciwgrzybiczne wraz z precyzyjnym określeniem wartości MIC oraz podaniem interpretacji S I R.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Dotyczy: zadanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 32 testu konfekcjonowanego po 5 sztuk w opakowaniu z opcją przeliczenia na wymaganą przez Zamawiającego ilość.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

4. Dotyczy zadanie nr 1 , pozycja nr 2 – Wymagania dotyczące analizatora do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu automatycznego, w procedurze którego napełnianie testów odbywa się jednoetapowo przy użyciu specjalnego urządzenia podciśnieniowego poza aparatem?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu automatycznego, który ze względu na otwarty protokół odczytu , nie usuwa automatycznie testów po odczycie? Otwarty protokół odczytu stanowi unikatową funkcjonalność systemu, dzięki której ma on możliwość wydłużenia czasu inkubacji, co pozwala na wiarygodną identyfikację drobnoustrojów nawet w przypadku drobnoustrojów wolnorosnących oraz wiarygodną ocenę lekowrażliwości nawet w przypadku antybiotyków wielocząsteczkowych, trudno dyfundujących do wnętrza komórek drobnoustrojów.

Pełna procedura wykonania oznaczenia i lekowrażliwości odbywa się automatycznie na pokładzie analizatora

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

5. Dotyczy: zadanie nr 1, pozycja nr 3 – Wymagania dotyczące analizatora do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację wymogu w pozycji nr 3, dotyczącego średniego czasu odczytu identyfikacji i lekowrażliwości poniżej 6-8 godzin dla większości patogenów, na zapis o średnim czasie identyfikacji i oceny lekowrażliwości do 18-20 godzin. W przypadku szczepów



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

wielolekoopornych oraz szczepów trudnych w identyfikacji izolowanych od pacjentów średni czas identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów jest znacznie dłuższy a wydłużenie czasu inkubacji i odczytu do 18-20 godzin daje możliwość uzyskania prawidłowych i precyzyjnych wyników badań.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

6. Dotyczy: zadanie nr 1 , pozycja nr 4 – Wymagania dotyczące analizatora do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości

Czy Zamawiający dopuści system, który automatycznie dozjuje dodatkowe odczynniki na pokładzie aparatu, bez ingerencji użytkownika, bez konieczności ich dodawania w komorze inkubacyjnej? Metoda kolometryczna oparta na wywoływaniu reakcji barwnej, daje możliwość precyzyjnej identyfikacji szczepu bakteryjnego, w tym szczepów wymagających wydłużonego czasu inkubacji, jak np. *Pseudomonas aeruginosa*. Dodatkowo fakt dodawania świeżych odczynników do studzienek na panelu daje gwarancję reaktywności dodawanego odczynnika.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

7. Dotyczy: zadanie nr 1, pozycja nr 8 – Wymagania dotyczące analizatora do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości

Czy Zamawiający dopuści w zakresie pałeczek gram ujemnych i ziarniaków gram dodatnich, 80% paneli w formie testów łączonych, czyli połączenie ba jednym module testowym identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości, co daje możliwość uzyskania w jednym czasie dwóch oznaczeń identyfikacji oraz lekowrażliwości w jednej procedurze, co skraca czas przygotowania testów, umożliwia wykonanie badania z tej samej zawiesiny bakteryjnej oraz zapewnia możliwość zaoferowania korzystnej oferty cenowej przez poszczególnych Wykonawców, bez wpływu na jakość wyników prowadzonych badań.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

8. Dotyczy: zadanie nr 1, pozycja nr 15 – wymagania dotyczące analizatora do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości

Czy w związku z wymogiem podłączenia aparatu do istniejącego w laboratorium systemu informatycznego oraz integracją z systemem szpitalnym prosimy o podanie nazwy systemu LIS oraz kontakt w celu wyceny

Odpowiedź: Zamawiający w laboratorium posiada system informatyczny PROMETEUSZ kont. Tel. 695 066 888

9. Dotyczy: zadanie nr 1, pozycja nr 16 – Wymagania dotyczące analizatora do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora wyposażonego w UPS wraz z systemem antyprzepięciowym umożliwiającym bezpieczne zamknięcie systemu operacyjnego analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej oraz przywrócenie pracy aparatu po wznowieniu zasilania wraz z zachowaniem ciągłości monitorowanych próbek i pomiarów. Oferowane na rynku analizatory posiadają wbudowany wewnętrzny system zabezpieczający ciągłość badanych próbek na okres 40 minut przypadku awarii sieci energetycznej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

10. Dotyczy: zadanie nr 1 – Wymagania dotyczące gotowych podłoży

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu kompatybilności podłoży chromogennych z kartami identyfikacyjnymi i lekowrażliwości analizatora mikrobiologicznego, co powoduje ograniczenie konkurencyjności składanych ofert w zakresie zadania nr 1.



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800, Tel. Sekr. 041 20-13-802, Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141, REGON 290503911, KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

11. Dotyczy: zadanie nr 1, pozycja nr 1 i 16 – Wymagania dotyczące aparatu do wykrywania drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora wyposażonego w UPS wraz z systemem antyprzepięciowym umożliwiającym bezpieczne zamknięcie systemu operacyjnego analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej oraz przywrócenie pracy aparatu po wznowieniu zasilania wraz z zachowaniem ciągłości monitorowanych próbek i pomiarów. Oferowane na rynku analizatory posiadają wbudowany wewnętrzny system zabezpieczający ciągłość badanych próbek na okres 40 minut w przypadku awarii sieci energetycznej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

12. Dotyczy: zadanie nr 1, pozycja nr 4 – Wymagania dotyczące aparatu do wykrywania drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania aparatu o pojemności 40 miejsc inkubacyjno-pomiarowych, co w zupełności zaspokoi potrzeby Zamawiającego przy zakontraktowanej ilości butelek w skali trzech lat 2 100 sztuk, w skali jednego roku 700 butelek, z zachowaniem prawidłowego protokołu producenta w zakresie hodowli i uzyskania prawidłowego wyniku.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

13. Dotyczy: zadanie nr 1, pozycja nr 6 – Wymagania dotyczące aparatu do wykrywania drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania systemu, w którym możliwa jest jednoznaczna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożach preinkubowanych w postaci: oceny zmętnienia podłoża, zmiany zabarwienia podłoża hodowlanego oraz wyrzuczenia przegrody dla podłoża preinkubowanych przed umieszczeniem w aparacie. Takie rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu ocenę podłoża preinkubowanych. Dodatkowo oferowany system posiada również możliwość preinkubacji podłoża bez uszczerbku na wykrywalności drobnoustrojów do 48 godzin, co zapewnia prawidłową procedurę wykonania badania w przypadku kiedy podłoże z opóźnieniem trafia do systemu monitorującego.

Pragniemy zwrócić jednocześnie uwagę, iż zapis dotyczący „Jednoznacznej wizualnej zmiany zabarwienia sensora dla butelki dodatniej preinkubowanej” jest niezgodny z metodyką oraz zastosowaniem podłoża do automatycznych systemów do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz płynów ustrojowych. Podłoża stosowane do systemów automatycznych mogą być jedynie wykorzystywane i poddawane ocenie wzrostu drobnoustrojów przez system hodowlany, który wykorzystuje specjalną metodę detekcji: kolorymetrię lub metodę fluorescencyjną, w zależności od rodzaju systemu hodowlanego. Wizualna ocena sensora, który przeznaczony jest do odczytu przez automatyczny system może prowadzić do nieprawidłowej oceny zabarwienia i w takiej sytuacji do uzyskania błędnego wyniku badania, co może skutkować nieprawidłowym leczeniem lub nawet śmiercią pacjenta. Poniżej załączamy metodykę / opis wykonania badania dotyczący podłoża hodowlanych do systemu BactAlert firmy bioMerieux, w których producent wyraźnie wskazuje iż podłoża mogą być stosowane oraz poddawane ocenie jedynie w automatycznym systemie hodowlanym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

14. Dotyczy: zadanie nr 1, pozycja nr 12 - Wymagania dotyczące aparatu do wykrywania drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania podłoży z terminem ważności 6 miesięcy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

15. Dotyczy: zadanie nr 1, pozycja nr 15 - Wymagania dotyczące aparatu do wykrywania drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych

Czy w związku z wymogiem „Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym do obsługi laboratorium diagnostycznego. Wpięcie analizatora w laboratoryjny system informatyczny” prosimy o podanie nazwy systemu LIS oraz kontakt w celu wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający w laboratorium posiada system informatyczny PROMETEUSZ kont. Tel. 695 066 888



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 21.02.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Pracowni Mikrobiologii
Sprawa SAG ZP-02/2018**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 - Dotyczy projektu umowy § 3 ust. 8 :

W związku z tym, że zapisy w tym paragrafie są niezgodne z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wnosimy o jego wykreślenie z umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z projektu umowy w §3 zapis ust. 8

Pytanie 2 - Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 1b :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej:

a) W wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy i niedostarczonej w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Wysoka kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 21.02.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Pracowni Mikrobiologii
Sprawa SAG ZP-02/2018**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Dotyczy: Wymagania dotyczące analizatora do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości pkt. 15

Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru jeżeli Wykonawca podłączy na swój koszt aparat do sieci informatycznej szpitala? Integracja z systemem szpitalnym leży po stronie właściciela/podwykonawcy firmy oferującej sieć, do której jest podłączany analizator.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie

2. Dotyczy: Wymagania dotyczące aparatu do wykrywania drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych

Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru jeżeli komputer jest wbudowany w aparat? Wszystkie pozostałe akcesoria wymienione przez Zamawiającego są dostarczane w zestawie z aparatem.

Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony

3. Dotyczy: Tabela asortymentowa Wymagania dotyczące gotowych podłoży pkt 2: Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru jeżeli Wykonawca zaoferuje konfekcjonowanie po 20 i 100 sztuk dla pozycji nr 1,2,3,4,5,7,8,11?

Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony

4. Czy Zamawiający dopuści butelki „pediatryczne” z substancją neutralizującą, które przez producenta zostały zwalidowane do maksymalnej objętości 4 ml? Właściwe pobierane objętości krwi u dzieci są wg zaleceń polskich jak i innych uzależnione od wagi dziecka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

5. Czy Zamawiający w pozycji 32 wymaga, aby test posiadał kontrolę ujemną?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga

6. Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie podłoża chromogenne pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga

7. Dotyczy projekt umowy dzierżawy §4, pkt. 3c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby serwis zdalny dotyczył aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości zgodnie z parametrami wymaganymi? Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora do automatycznej identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby serwis zdalny dotyczył aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 21.02.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Pracowni Mikrobiologii
Sprawa SAG ZP-02/2018**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Rozdział 7 SIWZ, wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty przetargowej, pkt. 5, ppkt. a) Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie: „... lub Wykonawca udostępni stronę internetową, na której będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty”? Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego całodobowo.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Zadanie nr 1, wymagania dotyczące gotowych podłoży:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie: „... lub Wykonawca udostępni stronę internetową, na której będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostęp do strony internetowej, na której będą dostępne dokumenty związane z podłożami stałymi na płytkach, natomiast nie wyraża zgody na dostęp do tabel barwnych dla podłoży chromogennych

3. §1 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie telefonicznej formy składania zamówień?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

4. §3 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z projektu umowy w §3 zapis ust. 8

5. §5 ust. 1 lit a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

6. §5 ust. 1 lit b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W wysokości 0,5% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

7. §5 ust. 1 lit b – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,2%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

8. §5 ust. 1 lit b – Czy Zamawiający może wyjaśnić jak należy rozumieć sformułowanie „, 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za towary niedostarczone w terminie” tj. czy ewentualna kara będzie liczona od wartości całego niezrealizowanego kontraktu, a baza/ podstawa ewentualnej kary będzie ulegała obniżeniu wraz z prawidłowo zrealizowaną każdą dostawą, czy też kara będzie liczona od wartości niezrealizowanego w terminie zamówienia?

Odpowiedź: Kara będzie naliczana od wartości niezrealizowanego w terminie zamówienia.

9. §5 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

„W zakresie przewidzianym w ust. 1, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty księgowej bez podpisu Wykonawcy”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

10. Zadanie nr 1 – załącznik nr 2 do SIWZ (wymagania dotyczące aparatu do wykrywania drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży do hodowli z terminem ważności min. 7 miesięcy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 22.02.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Pracowni Mikrobiologii
Sprawa SAG ZP-02/2018**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy: Zadanie 1 (Załącznik nr 2 SIWZ)

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji nr 1-18 tym samym utworzy dla nich oddzielny pakiet? Wydzielenie ww. części pozwoli na złożenie ofert większej liczbie Wykonawców oraz zwiększy konkurencyjność cen.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wpisując w Załączniku nr 2 do SIWZ nr sprawy? W ogłoszeniu i SIWZ jest numer SAG ZP – 02/2018, natomiast w załączniku nr 2 do SIWZ jest nadany numer SAG ZP – 01/2018.

Odpowiedź: Zamawiający poprawił omyłkę pisarską na numer sprawy SAG ZP 02/2018 w Załączniku nr 2



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 22.02.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Pracowni Mikrobiologii
Sprawa SAG ZP-02/2018**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 1 podłoży mikrobiologicznych niebędących w żaden sposób związanych z analizatorem umieszczonym w tym zadaniu?

Wymagania dotyczące kompatybilności podłoży chromogennych z analizatorem do identyfikacji i lekowrażliwości, określone przez Zamawiającego, są wyraźnym wskazaniem jednego producenta, który spełnia kryteria. Takie skonstruowanie pakietu stanowi ograniczenie konkurencji, co jest nadużyciem. Zamawiający dokonuje poprzez taki opis naruszenia ustawy Pzp.

Pragniemy Zamawiającemu przypomnieć, iż obowiązująca ustawa Prawa Zamówień Publicznych, jak również liczne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jasno wskazuje, iż „art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, który stanowi, że Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz art. 29 ust. 1 ustawy Pzp jasno informuje, że *przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W myśl art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.*

Na rynku polskim i światowym obecni są różni producenci podłoży mikrobiologicznych zarówno tradycyjnych jak i chromogennych. Każde podłoże mikrobiologiczne przed wprowadzeniem na rynek zostało przebadane i znane są jego parametry i charakterystyczne cechy. Większość podłoży chromogennych jest równoważna, różnią się one jedynie charakterystyką wyrosłych kolonii, możliwościami identyfikacji, bądź osiąganymi. Użytkownicy mogą pracować na podłożach innych firm obecnych na rynku polskim i światowym i tak jest w większości laboratoriów. Liczne przykłady takiej pracy, a więc podłoża od różnych producentów, można znaleźć w całej Polsce, Europie i świecie. Wszystko zależy od ceny podłoża lub preferencji użytkownika. Na potwierdzenie tego faktu dostępna jest ogromna liczba niezależnych publikacji naukowych wykazujących w niezależnych badaniach, że użytkownicy stosują w pracy podłoża różnych firm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ