



POWIAT  
KIELECKI



# Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

## Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

[szpitalprosta.pl](http://szpitalprosta.pl)

e-mail: [szpital@szpgin.kielce.pl](mailto:szpital@szpgin.kielce.pl)

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 20.02.2020r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  
na zakup i dostawę materiałów syntetycznych do naprawy statyki narządu rodnego  
Sprawa SAG ZP-02/2020**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

**Dotyczy Pakietu 2. Poz.1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe systemy taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu wiodącego producenta na rynku - renomowanej firmy Boston Scientific o poniższych parametrach:

- taśma 100% polipropylenowa, monofilamentowa,
- o porowatości 1182  $\mu\text{m}$ ,
- brzegi taśmy w części podcewkowej wygładzone – zgrzewane na gorąco na odcinku 4cm, mające na celu potencjalną redukcję podrażnień przedniej ściany cewki oraz zmniejszenie ryzyka deformacji siatki i utrzymanie jej integralności podczas naprężania; w pozostałej części taśmy brzegi niezgrzewane dla lepszego zakotwiczenia w tkance,
- niebieski kolor taśmy oraz niebieska wypustka środkująca identyfikująca środek siatki oraz pomagająca w prawidłowym naprężeniu taśmy,
- plastikowe osłonki na taśmie, wygładzone poszerzacze zapewniające bezproblemowe przeprowadzenie taśmy,
- taśma dostarczana wraz z dwoma jednorazowymi elementami (prawe + lewe) w dwóch konfiguracjach igieł do wyboru (zakrzywiona lub helikalna),
- taśma przeznaczona do implantacji przezzaślonojowej.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 2.**

**Dotyczy Pakietu 2. Poz.1**

Czy zamawiający dopuści jednorazowe systemy taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu wiodącego producenta na rynku - renomowanej firmy Boston Scientific o poniższych parametrach:

- taśma zakładana zaślonojowo, metodą „inside-out”,
- taśma 100% polipropylenowa, monofilamentowa,
- o długości 44cm i porowatości 1182  $\mu\text{m}$ ,
- taśma w plastikowej osłonce połączona z plastikowymi osłódkami na igłę wprowadzającą,
- igła ze stali nierdzewnej, profilowana do przejścia zaślonojowego z plastikową ergonomiczną rękojeścią i ruchomym elementem wypychającym ułatwiającym implantację taśmy, **średnica igły – 5mm pozwalająca na pewne przeprowadzenie taśmy bez ryzyka wyginania się przewodnicy.**
- system całkowicie jednorazowy.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**



POWIAT  
KIELECKI



# Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

## Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

[szpitalprosta.pl](http://szpitalprosta.pl)

e-mail: [szpital@szpgin.kielce.pl](mailto:szpital@szpgin.kielce.pl)

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 20.02.2020r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  
na zakup i dostawę materiałów syntetycznych do naprawy statyki narządu rodnego  
Sprawa SAG ZP-02/2020**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Dot. asortymentu:**

**Zadanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści taśmę do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet, sterylna taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT, wykonana z niewchłanianego polipropylenu monofilamentowego o parametrach:

- szerokość – 0,9 cm - 1,3 cm // 1,1cm (+/-0,2cm)
  - długość - 45 cm
  - grubość - 0,54 mm
  - gramatura - 64g / m<sup>2</sup>
  - brzegi siatki zakończone pętelkami
  - taśma bez plastikowej osłonki
  - wielkość porów – uśredniony wymiar 4,1 mm x 1,2 mm
- (zróżnicowana wielkość porów - przemiennie duże i małe)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści taśmę do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet, sterylna taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT, wykonana z niewchłanianego polipropylenu monofilamentowego o parametrach:

- szerokość – 0,9 cm - 1,3 cm // 1,1cm (+/-0,2cm)
  - długość - 45 cm
  - grubość - 0,54 mm
  - gramatura - 64g / m<sup>2</sup>
  - brzegi siatki zakończone pętelkami
  - taśma bez plastikowej osłonki
  - wielkość porów – uśredniony wymiar 4,1 mm x 1,2 mm
- (zróżnicowana wielkość porów - przemiennie duże i małe)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**



POWIAT  
KIELECKI



# Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

## Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

[szpitalprosta.pl](mailto:szpitalprosta.pl)

e-mail: [szpital@szpgin.kielce.pl](mailto:szpital@szpgin.kielce.pl)

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 21.02.2020r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  
na zakup i dostawę materiałów syntetycznych do naprawy statyki narządu rodowego  
Sprawa SAG ZP-02/2020**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2:**

Taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT, polipropylenowa, monofilamentową, jednorodną, niewchłaniającą, długość 45cm, szerokość 1,1 cm, porowatość 84%, porowatość średnia 1000µm, max. 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08mm, gramatura 48g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość na rozciąganie 68-70N/cm, wykonana w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, plastikowa osłonka na taśmie?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3:**

Taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowa, monofilamentową z plastikową osłonką, jednorodną, niewchłaniającą, długość 45cm, szerokość 1,1 cm, porowatość 84%, porowatość średnia 1000µm, max. 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08mm, gramatura 48g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość na rozciąganie 68-70N/cm, wykonana w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**3. Dotyczy zapisów SIWZ:**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23. ustawy Pzp, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej** przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę ale tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.**