



POWIAT  
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum  
Matki i Noworodka  
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

[szpitalprosta.pl](mailto:szpitalprosta.pl)

e-mail: [szpital@szpgin.kielce.pl](mailto:szpital@szpgin.kielce.pl)

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 24.11.2020r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  
na zakup i dostawę odczynników do serologii grupy krwi wraz z doposażeniem aparaturowym  
Sprawa SAG ZP-17/2019**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane karty były przewidziane instrukcją użycia sprzętu DiaMed, zgodnie art. 90 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r, do którego Zamawiający oczekuje produktów w zakresie w/w postępowania, tj. w szczególności wirówki ID-Centrifuge 6S, 12SII (Instrukcja obsługi 11.0-12/2011), która stanowi:
  - rozdz. 1.1 Przeznaczenie i sposób użytkowania:  
*„Wirówka ID-Centrifuge 6S / 6S Accu, ID-Centrifuge 12SII, i ID-Centrifuge 24S jest urządzeniem służącym wyłącznie odwirowywaniu ID-Kart”*
  - rozdz. 3.1.2 Użycie ID-Karty:  
*„W wirówkach zezwala się na używanie wyłącznie ID-Kart. Dostępne są następujące typy kart:*
    - ID-Karty z żelem, który zawiera specyficzne przeciwciała w celu określenia antygenów erytrocytów (antygenów grup krwi i innych rzadkich antygenów);
    - ID-Karty z żelem, które zawierają globulinę anty-ludzką (mono-/polyspecyficzne do wykrywania antyciał, identyfikacji anty-ciała, testu tolerancji i określenie bezpośredniego testu Coombsa);
    - ID-Karty z neutralnym żelem w celu ustalenia kontroli w surowicy, NaCl i testu enzymu”

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga**

2. Prosimy o potwierdzenie czy zgodnie z pkt. 36 tabeli parametrów granicznych wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) Zamawiający oczekuje sukcesywnych dostaw kart i odczynników i krwinek zgodnie z harmonogramem dostaw Dostawcy na dany rok – średnio raz na miesiąc, co uwzględnia cykl produkcyjny oferowanych wyrobów, a kryterium oceny ofert „Termin dostawy odczynników” dotyczy dostaw pilnych (na cito) zgodnie z deklaracją Wykonawcy w ofercie max. 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli dostawy pilne (na cito)**

3. Prosimy o doprecyzowanie czy wymagana „Kontrola kwartalna Międzynarodowa” winna pochodzić od tego samego producenta co pozostałe karty i odczynniki celem pełnej walidacji oferowanej metody?

**Odpowiedź: Tak, powinna pochodzić od tego samego producenta**

4. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z pkt. 20 parametrów granicznych wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) przeniesienie bazy danych z aktualnie wykorzystywanego oprogramowania od nowego oprogramowania ma wiązać się z minimum identyczną funkcjonalnością jak wykorzystywane aktualnie oprogramowanie?

**Odpowiedź: Tak, musi posiadać minimum identyczną funkcjonalność jak aktualnie posiadane oprogramowanie**